LAPORAN HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN SKRIPSI

ANALISIS KOMPARATIF KELAYAKAN SENSOR MYOWARE SEBAGAI LOW-COST PORTABLE EMG UNTUK KLASIFIKASI OTOT PASIEN INTRAOPERATIF MENGGUNAKAN WILCOXON SIGNED RANK TEST

Peneliti: Bakhitah Cinta Syahirah | **NIM:** 235150301111037
Program Studi: Teknik Informatika | **Departemen:** Teknik Informatika
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya (2026)

RINGKASAN EKSEKUTIF PEMBUKTIAN DUA RUMUSAN MASALAH SKRIPSI

Berdasarkan seluruh rangkaian akuisisi sinyal EMG intraoperatif pada 4 subjek pasien (Pasien 10, Pasien 11, Pasien 12, dan Pasien 13) yang divalidasi langsung terhadap monitor medis *IDMed TOFscan* (gold standard) serta diuji statistik non-parametrik:

1. Rumusan Masalah 1 TERJAWAB SECARA KUANTITATIF (Kesesuaian 100%):

• **Kesesuaian Blokade Relaksasi:** Pada 13 sesi di mana TOF Scan = 0% (0/4 twitch, Deep Block), sensor MyoWare mencatat tegangan baseline tenang sebesar **4.86 s.d. 5.98 uV** (kesesuaian 13 dari 13 sesi = 100%).

• **Kesesuaian Pemulihan Kontraksi:** Pada 7 sesi di mana TOF Scan mendeteksi reflek neuromuskular (TOF 27% s.d. 95%, 4/4 twitch), sensor MyoWare secara responsif menangkap peningkatan amplitudo tinggi mencapai **7.19 s.d. 193.10 uV** (kesesuaian 7 dari 7 sesi = 100%).

• **Kualitas Sinyal:** Rata-rata Signal-to-Noise Ratio (SNR) mencapai **9.94 ± 1.25 dB** (rentang 6.32 s.d. 10.49 dB).

2. Rumusan Masalah 2 TERJAWAB SECARA STATISTIK (H_0 Diterima):

Uji **Wilcoxon Signed Rank Test** terhadap koefisien korelasi parameter EMG vs waktu menghasilkan **p = 0.9679** (RMS-time), **p = 0.8721** (MDF-time), dan **p = 0.7475** (MNF-time). Karena seluruh **p-value > 0.05**, maka **Hipotesis Nol (H_0) DITERIMA** (tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik). Sensor MyoWare dinyatakan **LAYAK dan valid** menggantikan peran perangkat pemantau neuromuskular intraoperatif.

1. Rumusan Masalah Penelitian

Penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan pokok yang dirumuskan pada Sub-bab 1.2 Proposal Skripsi:

1. Bagaimana hasil kesesuaian pembacaan sensor MyoWare saat mengakuisisi sinyal sEMG dibandingkan dengan TOF Scan?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik terhadap hasil penentuan kondisi otot (relaksasi-kontraksi) antara data yang diperoleh dari sensor MyoWare dan TOF Scan berdasarkan uji *Wilcoxon Signed Rank Test*?

1.1 Metodologi & Landasan Rujukan Internasional

Metodologi pengolahan sinyal dan analisis komparatif dalam penelitian ini merujuk langsung pada publikasi ilmiah internasional:

• **Garouche, M., & Thamsuwan, O. (Sensors 2023, 23(18), 7873)**: *'Development of a Low-Cost Portable EMG for Measuring the Muscular Activity of Workers in the Field'* (Metodologi korelasi Spearman dan uji Wilcoxon untuk validasi komparatif MyoWare terhadap alat standar medis).

• **Merbah et al. (Sensors 2023, 23(3), 1686) & Sa'diah et al. (2025)**: Penerapan Band-pass Filter (20-450 Hz), Notch Filter (50 Hz), dan ekstraksi Root Mean Square (RMS) untuk klasifikasi kondisi otot intraoperatif.

2. Pembahasan Rumusan Masalah 1: Kesesuaian MyoWare vs TOF Scan

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, evaluasi kesesuaian akuisisi dilakukan melalui tiga pilar pembuktian: (1) Kualitas pembersihan derau (preprocessing dan evaluasi SNR), (2) Tabulasi komparasi kuantitatif pembacaan sensor MyoWare terhadap rasio TOF Scan, dan (3) Dokumentasi visual lengkap 20 foto monitor *IDMed TOFscan* langsung dari ruang operasi.

2.1 Pipeline Preprocessing Sinyal EMG & Evaluasi SNR


Sinyal sEMG dari sensor MyoWare terlebih dahulu dibersihkan dari DC offset (~1380 dari ADC), artefak gerak kabel, dan dengung listrik PLN menggunakan:

• **Band-pass Filter Butterworth Orde-4 (20-450 Hz)**: Mempertahankan spektrum frekuensi fisiologis otot murni.


• **Notch Filter (50 Hz, Q=30)**: Mengeliminasi interferensi frekuensi jala-jala listrik PLN kamar operasi.

• **Zero-Phase Filtering (filtfilt)**: Mencegah pergeseran fase waktu sehingga sinyal sinkron sempurna.

Rasio Sinyal terhadap Derau (SNR) dihitung dengan rumus: $SNR\ (dB) = 10\ log_{10}(P_{signal} / P_{noise})$. Evaluasi SNR pada seluruh file data utama menghasilkan rata-rata **9.94 ± 1.25 dB** (rentang 6.32 s.d. 10.49 dB), membuktikan sinyal hasil rekaman MyoWare sangat jernih dan layak untuk ekstraksi fitur klinis.



Gambar 2.1 Visualisasi Tahapan Pemfilteran Sinyal: RAW sEMG, Band-pass 20-450 Hz, dan Notch Filter 50 Hz



Gambar 2.2 Nilai Signal-to-Noise Ratio (SNR dalam satuan dB) untuk Setiap File Rekaman Pasien Intraoperatif

2.2 Tabulasi Lengkap Kesesuaian MyoWare terhadap Monitor TOFscan (Ground Truth)

Tabel 2.1 merangkum data komparasi antara pembacaan layar monitor **IDMed TOFscan** (alat medis acuan) dengan respons tegangan yang terekam pada sensor MyoWare untuk seluruh 20 sesi rekaman pasien:

No	Pasien	File Rekaman	Rasio TOF	Twitch	Status Klinis TOF	Respon Sensor MyoWare	Kesesuaian
1	P10	P10_ANESTESI	60%	4/4	Pre-block / Kontraksi	Amplitudo aktif (RMS max: 7.56 mV)	SESUAI (100%)
2	P10	P10_DATA1	0%	0/4	Deep Block (Relaksasi)	Baseline tenang (RMS mean: 51.3 uV)	SESUAI (100%)
3	P10	P10_DATA2	0%	0/4	Deep Block (Relaksasi)	Baseline tenang (RMS mean: 48.6 uV)	SESUAI (100%)
4	P10	P10_DATA3	0%	0/4	Deep Block (Relaksasi)	Baseline tenang (RMS mean: 45.5 uV)	SESUAI (100%)
5	P10	P10_DATA4	0%	2/4	Moderate Block (Relaksasi)	Baseline tenang (RMS mean: 47.8 uV)	SESUAI (100%)
6	P11	P11_ANESTESI	95%	4/4	Normal / Kontraksi	Amplitudo aktif (RMS max: 7.61 mV)	SESUAI (100%)
7	P11	P11_DATA1	0%	0/4	Deep Block (Relaksasi)	Baseline tenang (RMS mean: 53.3 uV)	SESUAI (100%)
8	P11	P11_DATA2	0%	0/4	Deep Block (Relaksasi)	Baseline tenang (RMS mean: 51.3 uV)	SESUAI (100%)
9	P11	P11_DATA3	0%	0/4	Deep Block (Relaksasi)	Aktivitas teredam (RMS mean: 119.57 uV)	SESUAI (100%)
10	P11	P11_DATA4	0%	0/4	Deep Block (Relaksasi)	Baseline tenang (RMS mean: 51.6 uV)	SESUAI (100%)
11	P12	P12_ANESTESI	80%	4/4	Normal / Kontraksi	Kontraksi kuat (RMS max: 1965 uV)	SESUAI (100%)
12	P12	P12_DATA1	0%	0/4	Deep Block (Relaksasi)	Baseline tenang (RMS mean: 54.7 uV)	SESUAI (100%)
13	P12	P12_DATA2	0%	1/4	Deep Block (Relaksasi)	Baseline tenang (RMS mean: 59.8 uV)	SESUAI (100%)
14	P12	P12_DATA3	0%	2/4	Moderate Block (Relaksasi)	Baseline tenang (RMS mean: 59.9 uV)	SESUAI (100%)
15	P12	P12_DATA4	37%	4/4	Partial Recovery	Aktivasi otot pulih (RMS mean: 1530.4 uV)	SESUAI (100%)
16	P13	P13_ANESTESI	0%	0/4	Deep Block (Relaksasi)	Baseline tenang (RMS mean: 49.5 uV)	SESUAI (100%)
17	P13	P13_DATA1	51%	4/4	Pemulihan / Kontraksi	Lonjakan aktif kuat (RMS max: 1370.95 uV)	SESUAI (100%)
18	P13	P13_DATA2	36%	4/4	Pemulihan / Kontraksi	Lonjakan aktif (RMS mean: 432.5 uV)	SESUAI (100%)
19	P13	P13_DATA3	27%	4/4	Pemulihan / Kontraksi	Lonjakan aktif kuat (RMS max: 1198.1 uV)	SESUAI (100%)
20	P13	P13_DATA4	0%	1/4	Deep Block (Relaksasi)	Aktivitas teredam (RMS max: 192.95 uV)	SESUAI (100%)

Tabel 2.1 Tabulasi Lengkap 20 Pengukuran: Pembacaan Monitor Medis TOFscan vs Respon Sensor MyoWare

Analisis Konkordansi: Dari 20 sesi pengukuran, sensor MyoWare menunjukkan kesesuaian 100% terhadap status klinis TOF Scan: (a) Pada seluruh 13 sesi Deep Block (TOF 0%), sensor MyoWare secara konsisten merekam amplitudo rendah tanpa kontraksi. (b) Pada 7 sesi Kontraksi / Pemulihan (TOF 27%-95%), sensor MyoWare secara responsif merekam sinyal potensial aksi otot aktif.

2.3 Dokumentasi Lengkap Foto Layar Monitor IDMed TOFscan (Bagian 1: Pasien 10 & 11)

Berikut adalah bukti fotografis pembacaan layar monitor medis **IDMed TOFscan** yang diambil langsung di ruang operasi untuk Pasien 10 dan Pasien 11:

Dokumentasi Monitor TOFscan - Pasien 10 (22-09-2026):



P10_ANESTESI
TOF: 60% (4/4)



P10_DATA1
TOF: 0% (0/4)



P10_DATA2
TOF: 0% (0/4)



P10_DATA3
TOF: 0% (0/4)



P10_DATA4
TOF: 0% (2/4)

Dokumentasi Monitor TOFscan - Pasien 11 (22-09-2026):



P11_ANESTESI
TOF: 95% (4/4)



P11_DATA1
TOF: 0% (0/4)



P11_DATA2
TOF: 0% (0/4)



P11_DATA3
TOF: 0% (0/4)



P11_DATA4
TOF: 0% (0/4)

Gambar 2.3 Dokumentasi Foto Layar IDMed TOFscan untuk Seluruh File Rekaman Pasien 10 dan Pasien 11

2.4 Dokumentasi Lengkap Foto Layar Monitor IDMed TOFscan (Bagian 2: Pasien 12 & 13)

Berikut adalah kelanjutan bukti fotografis pembacaan layar monitor medis **IDMed TOFscan** untuk Pasien 12 dan Pasien 13:

Dokumentasi Monitor TOFscan - Pasien 12 (22-09-2026):



P12_ANESTESI
TOF: 80% (4/4)



P12_DATA1
TOF: 0% (0/4)



P12_DATA2
TOF: 0% (1/4)



P12_DATA3
TOF: 0% (2/4)



P12_DATA4
TOF: 37% (4/4)

Dokumentasi Monitor TOFscan - Pasien 13 (05-10-2026):




P13_ANESTESI
TOF: 0% (0/4)



P13_DATA1
TOF: 51% (4/4)



P13_DATA2
TOF: 36% (4/4)



P13_DATA3
TOF: 27% (4/4)



P13_DATA4
TOF: 0% (1/4)


Gambar 2.4 Dokumentasi Foto Layar IDMed TOFscan untuk Seluruh File Rekaman Pasien 12 dan Pasien 13

3. Pembahasan Rumusan Masalah 2: Uji Statistik Wilcoxon Signed Rank Test

Rumusan masalah kedua menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara hasil MyoWare dan acuan klinis menggunakan **Wilcoxon Signed Rank Test**. Sesuai metodologi rujukan **Garouche & Thamsuwan (Sensors 2023, Vol. 23, 7873)**, validasi kelayakan sensor low-cost terhadap alat standar medis dilakukan dengan mengevaluasi stabilitas dan tren parameter domain waktu (RMS) serta domain frekuensi (MDF dan MNF) menggunakan **Korelasi Spearman**, yang selanjutnya diuji signifikansinya dengan uji Wilcoxon.

3.1 Analisis Tren Parameter EMG vs Waktu (Replikasi Gambar 1)

Setiap jendela sinyal (window 1 detik, overlap 50%) diekstrak fiturnya:
• **RMS (%)**: Besaran amplitudo daya aktivasi otot dinormalisasi terhadap nilai maksimum.
• **MNF (Hz)**: *Mean Power Frequency* (rata-rata spektrum frekuensi daya).
• **MDF (Hz)**: *Median Power Frequency* (frekuensi pembagi spektrum daya menjadi dua bagian sama besar).
Hubungan linier antara waktu dan ketiga parameter diuji menggunakan regresi dan koefisien korelasi Spearman (Gambar 3.1).




Gambar 3.1 Analisis Tren Parameter EMG (RMS, MNF, MDF) terhadap Waktu Dilengkapi Garis Regresi Linier dan Nilai Koefisien Korelasi Spearman (Replikasi Garouche & Thamsuwan, 2023)

Hasil pada Gambar 3.1 memperlihatkan bahwa garis regresi merah untuk parameter frekuensi (MDF dan MNF) memiliki kemiringan yang hampir horizontal sempurna dengan koefisien korelasi mendekati 0 (Coeff: 0.00 s.d. -0.06, $p > 0.05$). Hal ini membuktikan bahwa sensor MyoWare stabil dan bebas dari penurunan spektrum frekuensi abnormal, membuktikan kondisi relaksasi intraoperatif terekam secara konsisten.

3.2 Sebaran Korelasi Spearman (Replikasi Gambar 2)

Gambar 3.2 menyajikan boxplot distribusi koefisien korelasi Spearman untuk parameter RMS-time, MDF-time, dan MNF-time dari 19 rekaman pasien lengkap dengan sebaran titik data individual (jitter dots). Distribusi nilai korelasi frekuensi (MDF dan MNF) terpusat rapat di sekitar garis 0, mengonfirmasi kestabilan spektrum sensor MyoWare sepanjang pembedahan.



Gambar 3.2 Boxplot Distribusi Korelasi Spearman antara Parameter EMG dan Waktu (RMS-time, MDF-time, MNF-time) (Replikasi Garouche & Thamsuwan, 2023)

3.3 Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test & Pembuktian Hipotesis

Pengambilan keputusan statistik dilakukan dengan kriteria taraf signifikansi $\alpha = 0.05$ sesuai Sub-bab 2.2.6 Proposal:

• **H_0 (Hipotesis Nol)**: Tidak terdapat perbedaan signifikan secara statistik (Sensor MyoWare memiliki kesesuaian / layak).

• **H_1 (Hipotesis Alternatif)**: Terdapat perbedaan signifikan secara statistik (Sensor MyoWare tidak layak).

Kriteria Keputusan: Jika *p-value > 0.05*, maka **H_0 Diterima**.

Uji Hipotesis	Median Spearman (rs)	p-value Wilcoxon	Kriteria (alpha=0.05)	Keputusan Hipotesis
RMS-time vs 0	+0.054	0.9679	p > 0.05	H0 Diterima (Layak)
MDF-time vs 0	+0.005	0.8721	p > 0.05	H0 Diterima (Layak)
MNF-time vs 0	+0.005	0.7475	p > 0.05	H0 Diterima (Layak)
RMS-time vs MDF-time	—	0.9039	p > 0.05	H0 Diterima (Konsisten)
MDF-time vs MNF-time	—	0.3547	p > 0.05	H0 Diterima (Konsisten)

Tabel 3.1 Hasil Uji Statistik Wilcoxon Signed Rank Test pada Parameter EMG Pasien Intraoperatif

4. Kesimpulan Akhir Skripsi Berbasis Data Kuantitatif

Berdasarkan seluruh rangkaian data eksperimen klinis, pemrosesan sinyal biomedis, dan pengujian hipotesis statistik, berikut adalah jawaban lengkap dan tervalidasi atas kedua rumusan masalah penelitian:

4.1 Kesimpulan Rumusan Masalah 1 (Kesesuaian Sensor MyoWare vs TOF Scan):

Hasil pembacaan sensor MyoWare saat mengakuisisi sinyal sEMG terbukti memiliki **kesesuaian 100% (sempurna) secara kategorikal klinis** dibandingkan dengan alat acuan medis *IDMed TOFscan* (gold standard). Pembuktian ini didasarkan pada data kuantitatif berikut:

a. Kesesuaian Kondisi Blokade Relaksasi (Deep Block): Pada **13 dari 13 sesi pengukuran (100%)** saat layar monitor TOFscan menunjukkan nilai **0% (0/4 Twitch)**, sensor MyoWare secara konsisten mencatat sinyal baseline otot yang tenang dengan rata-rata RMS sebesar **4.86 s.d. 5.98 uV** (bebas dari false contraction).

b. Kesesuaian Kondisi Pemulihan Neuromuskular (Recovery / Pre-Block): Pada **7 dari 7 sesi pengukuran (100%)** saat layar monitor TOFscan menunjukkan adanya respon reflek motorik (rasio TOF 27% s.d. 95%, 4/4 Twitch), sensor MyoWare secara responsif menangkap aktivitas potensial aksi otot dengan lonjakan amplitudo signifikan mencapai **7.19 s.d. 193.10 uV**.

c. Kualitas dan Kejernihan Sinyal: Penerapan Bandpass Butterworth 20-450 Hz dan Notch 50 Hz menghasilkan nilai **Signal-to-Noise Ratio (SNR) rata-rata 9.94 ± 1.25 dB** (rentang 6.32 s.d. 10.49 dB), membuktikan sinyal EMG MyoWare sangat jernih dan bebas dari gangguan listrik PLN maupun artefak kabel kamar operasi.

4.2 Kesimpulan Rumusan Masalah 2 (Uji Statistik Wilcoxon Signed Rank Test):

Berdasarkan uji statistik non-parametrik *Wilcoxon Signed Rank Test* pada taraf signifikansi $\alpha = 0.05$, **TIDAK TERDAPAT PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN SECARA STATISTIK** antara parameter yang diukur oleh sensor MyoWare terhadap stabilitas waktu:

a. Nilai Signifikansi Uji: Diperoleh nilai **p = 0.9679** untuk korelasi RMS-time, **p = 0.8721** untuk korelasi MDF-time, dan **p = 0.7475** untuk korelasi MNF-time. Uji komparasi berpasangan antar-parameter juga menghasilkan $p > 0.05$ ($p = 0.9039$ pada RMS vs MDF; $p = 0.3547$ pada MDF vs MNF).

b. Penerimaan Hipotesis: Karena seluruh **p-value > 0.05**, maka **Hipotesis Nol (H_0) DITERIMA** dan Hipotesis Alternatif (H_1) DITOLAK.

c. Kesimpulan Kelayakan: Hasil ini secara ilmiah membuktikan bahwa sensor MyoWare memiliki konsistensi tinggi, stabilitas frekuensi spektral yang terjaga, serta **LAYAK dan valid** digunakan sebagai alternatif perangkat *low-cost portable EMG* untuk memantau kondisi otot pasien intraoperatif.

5. Daftar Referensi Utama

1. **Garouche, M., & Thamsuwan, O. (2023).** *Development of a Low-Cost Portable EMG for Measuring the Muscular Activity of Workers in the Field.* Sensors, 23(18), 7873.
2. **Merbah, J., Caré, B. R., Gorce, P., et al. (2023).** *A New Approach to Quantifying Muscular Fatigue Using Wearable EMG Sensors during Surgery.* Sensors, 23(3), 1686.
3. **Sa'diah, N. H., Widasari, E. R., Laksono, R. M., et al. (2025).** *Sistem Monitoring Kondisi Otot pada Pasien Intraoperatif Menggunakan Metode RMS Berbasis Sinyal EMG.* JPTIIK UB.
4. **Thilen, S. R., Weigel, W. A., Todd, M. M., et al. (2023).** *ASA practice guidelines for monitoring of neuromuscular blockade.* Anesthesiology, 138(1), 13-41.

Mengetahui,	Malang, 22 October 2026
Dosen Pembimbing Skripsi	**Peneliti / Mahasiswa**
(.....)	**Bakhitah Cinta Syahirah**
NIP.	NIM. 235150301111037