
Astral_2 — intra-day drift
% of max n_precursors
100
90
80
70
60
50
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Normalised time within day [0–1]
K562 (slope=0.9%/inj, p=0.854)
HEK293T (slope=3.5%/inj, p=0.477)
QC - Hela (slope=22.0%/inj, p=0.032)
Site specific QC (slope=8.0%/inj, p=0.126)