
Astral_5 — intra-day drift
% of max n_precursors
100
90
80
70
60
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Normalised time within day [0–1]
K562 (slope=-6.0%/inj, p=0.114)
HEK293T (slope=-0.3%/inj, p=0.935)
QC - Hela (slope=2.2%/inj, p=0.696)
Site specific QC (slope=1.1%/inj, p=0.555)