
timsTOF_2 — intra-day drift
% of max n_precursors
100
90
80
70
60
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Normalised time within day [0–1]
K562 (slope=-2.1%/inj, p=0.540)
HEK293T (slope=-10.2%/inj, p=0.001)
QC - Hela (slope=-3.9%/inj, p=0.328)
Site specific QC (slope=0.6%/inj, p=0.908)