
Astral_1 — intra-day drift
% of max n_precursors
Normalised time within day [0–1]
100
90
80
70
60
50
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
K562 (slope=-6.7%/inj, p=0.188)
HEK293T (slope=2.4%/inj, p=0.695)
QC - Hela (slope=-4.7%/inj, p=0.076)
Site specific QC (slope=1.1%/inj, p=0.429)