
Lab
K562 (slope=0.9%/inj, p=0.854)
HEK293T (slope=3.5%/inj, p=0.477)
QC - Hela (slope=22.0%/inj, p=0.032)
Site specific QC (slope=8.0%/inj, p=0.126)