
Astral_3 — intra-day drift
% of max n_proteins
Normalised time within day [0–1]
100
95
90
85
80
75
70
65
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
K562 (slope=2.7%/inj, p=0.462)
HEK293T (slope=-0.1%/inj, p=0.969)
QC - Hela (slope=12.1%/inj, p=0.062)
Site specific QC (slope=0.2%/inj, p=0.971)