
Astral_4 — intra-day drift
% of max n_proteins
Normalised time within day [0–1]
100
95
90
85
80
75
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
K562 (slope=1.8%/inj, p=0.625)
HEK293T (slope=0.8%/inj, p=0.841)
QC - Hela (slope=-2.1%/inj, p=0.404)
Site specific QC (slope=2.9%/inj, p=0.005)