
Astral_6 — intra-day drift
% of max n_proteins
100
95
90
85
80
75
70
65
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Normalised time within day [0–1]
K562 (slope=-4.6%/inj, p=0.079)
HEK293T (slope=1.7%/inj, p=0.547)
QC - Hela (slope=2.7%/inj, p=0.530)
Site specific QC (slope=-3.6%/inj, p=0.311)