
Astral_2 — intra-day drift
% of max n_proteins
100
90
80
70
60
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Normalised time within day [0–1]
K562 (slope=3.8%/inj, p=0.191)
HEK293T (slope=2.2%/inj, p=0.440)
QC - Hela (slope=10.2%/inj, p=0.052)
Site specific QC (slope=13.4%/inj, p=0.023)