
Astral_5 — intra-day drift
% of max n_precursors
100
90
80
70
60
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Normalised time within day [0–1]
K562 (slope=-4.5%/inj, p=0.159)
HEK293T (slope=5.1%/inj, p=0.202)
QC - Hela (slope=1.0%/inj, p=0.703)
Site specific QC (slope=1.2%/inj, p=0.114)