
timsTOF_1 — intra-day drift
% of max n_precursors
100
90
80
70
60
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Normalised time within day [0–1]
K562 (slope=7.6%/inj, p=0.035)
HEK293T (slope=-2.8%/inj, p=0.461)
QC - Hela (slope=0.7%/inj, p=0.816)
Site specific QC (slope=4.0%/inj, p=0.124)