
Astral_2 — intra-day drift
% of max n_proteins
100
90
80
70
60
50
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Normalised time within day [0–1]
K562 (slope=1.2%/inj, p=0.841)
HEK293T (slope=7.3%/inj, p=0.206)
QC - Hela (slope=12.9%/inj, p=0.117)
Site specific QC (slope=9.9%/inj, p=0.118)