
Astral_1 — intra-day drift
% of max n_precursors
100
90
80
70
60
50
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Normalised time within day [0–1]
K562 (slope=-6.8%/inj, p=0.193)
HEK293T (slope=-1.1%/inj, p=0.855)
QC - Hela (slope=-2.9%/inj, p=0.093)
Site specific QC (slope=-1.7%/inj, p=0.070)