
Lab
K562 (slope=-6.8%/inj, p=0.193)
HEK293T (slope=-1.1%/inj, p=0.855)
QC - Hela (slope=-2.9%/inj, p=0.093)
Site specific QC (slope=-1.7%/inj, p=0.070)