



FUJISAN SURVEY S. A. DE C.V.

Av. Francisco Mata Aguilar #1200
Col. Fraccionamiento Industrial y de Servicios Parque
Tecnológico Puerto México. Coatzacoalcos, Ver. Méx.

Tel. (921) 21 25152 / (800) 715 54 60
e-mail: fscorporativo@fujisansurvey.com
www.fujisansurvey.com

Informe de Rechazo

Nombre del Cliente: Conserflow S.A. de C.V.
Customer's name

Orden de Servicio: FS-OS-25/00048974
Service order

Dirección: Mezquite No. 5 Santa Clara
Address
C.P. 75820 Santiago Miahuatlán
Tehuacán, Puebla.

Lugar: Fujisan Survey S.A. de C.V.
Place:

No. De Certificado: FSPR-REPI-03778/25
Certificate Number

Magnitud: Presión
Magnitude

Fecha de Calibración: 2025-02-24
Calibration date

Fecha de Emisión: 2025-02-25
Date of Issue



I.B.C. : Manómetro Analógico
Instrument

Marca: Dewit
Manufacturer

Modelo / Tipo: 125 mm Ø Caratula
Model / Type

Intervalo de medida: 0.00 psi a 400.00 psi
Measurement Interval

No. de Serie: 01201001887
Serial number

Resolución : 5 psi
Div. Min

Fecha de Recepción: 2025-02-24
Reception date:

Clase de Exactitud: 1 % de E.T.
Accuracy

Método de Medida: Comparación Directa
Method Under

Patrón de Medida: Manómetro Digital Intervalo de medida: 0 kPa a 7 000 kPa Marca: Crystal Modelo: XP2i
Patron No. de serie: 706672 Certificado de Calibración: FSPR-CCPI-24509/24 Incertidumbre de medida: ± 0.012 % de E.T.

Procedimiento de medida : FS3-PR-02-12
Method Calibración de manómetros y Transmisores de presión con indicación local
Utilizando Manómetro como Patrón


Condiciones Ambientales: **Temperatura Ambiente:** 24.2 °C ± 0.4 °C
Environment condition **Presión Atmosférica :** 1 017.9 hPa ± 1.0 hPa
Humedad Relativa : 67.0 % ± 2.4 %

Nota: Este documento sólo ampara las mediciones obtenidas en el momento y condiciones prevalecientes durante la calibración, siendo responsabilidad del usuario recalibrar el equipo en intervalos apropiados, uso adecuado y posibles cambios por la deriva a largo plazo. Este Documento NO debe reproducirse parcial o en su totalidad, sin la aprobación por escrito de FUJISAN SURVEY S. A. de C. V. Este certificado se emite de manera electrónica, la versión oficial puede ser consultada por el cliente con el link y contraseña proporcionada para su descarga, la estancia del certificado en la plataforma será de 3 meses, después de ese periodo podrá contactar a Fujisan Survey S.A. de C.V.

Responsable de la calibración Ing. Edgar A. Jimenez Meneses. FS000606921250224JIME9710064897403778
Calibrated by

Supervisó Ing. Erika Villalobos Antonio. FS000606925250224VIAE8901134897403778
Supervise by

Autorizó Ing. Victor Hernández Audelo. FS000606929250224HEAV6505064897403778
Authorized by



"Certificación otorgada bajo la norma NMX-CC-IMNC-9001:2015;
ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad".



FUJISAN SURVEY, S.A. DE C.V.

Resultados de la Calibración

Método de medida: Comparación Directa

No. De Certificado: FSPR-REPI-03778/25

Lectura del Patrón de Medida		Lectura del IBC	Error de Medida		Incertidumbre de Medida	
kPa	psi	psi	psi	% de E.T.	psi	% de E.T.
0.0	0.0	40	40.0	10.0	0.98	0.25
0.0	0.0	100	100.0	25.0	0.98	0.25
0.0	0.0	200	200.0	50.0	0.98	0.25
0.0	0.0	300	300.0	75.0	0.98	0.25
0.0	0.0	400	400.0	100.0	0.98	0.25


Las lecturas, errores de medida e incertidumbres de medida son resultado del promedio de las mediciones.

	psi	% de E.T.
Error de Medida Máximo	400.0	100.0
Incertidumbre de Medida Máxima	0.98	0.25

Factor de Conversión entre unidades:

1 psi = 6 894.757 Pa

% E.T. = Porcentaje de Escala Total (Amplitud y/o límite superior del intervalo nominal) o reducido convencional.



Responsable de la calibración

Calibrated by

Ing. Edgar A. Jimenez Meneses.

FS000606921250224JIME9710064897403778

Supervisó

Supervise by

Ing. Erika Villalobos Antonio.

FS000606925250224VIAE8901134897403778

Autorizó

Authorized by

Ing. Victor Hernández Audelo.

FS000606929250224HEAV6505064897403778




FUJISAN SURVEY, S.A. DE C.V.

Cadena de Trazabilidad Metrológica

No. De Certificado: FSPR-REPI-03778/25

Trazabilidad Metrológica: Propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida.



Notas:

- Las incertidumbres de medida reportadas en este certificado de calibración se muestra para:
Un factor de cobertura $k = 2$ (Aproximadamente 95.45 % de nivel de confianza), y han sido evaluadas en base a la norma NMX-CH-140-IMNC-2002
- Fujisan Survey S.A. de C.V. cuenta con acreditación número: P-89 con la vigencia a partir de 2009-01-21 en un intervalo de medida en Presión Relativa Negativa (Vacío relativo) de -85 kPa a -7 kPa y Presión Relativa Positiva (Manométrica) de 7 kPa a 204 770 kPa
- Equipo rechazado, no tiene buen funcionamiento.

Responsable de la calibración	Ing. Edgar A. Jimenez Meneses.	FS000606921250224JIME9710064897403778
Calibrated by		
Supervisó	Ing. Erika Villalobos Antonio.	FS000606925250224VIAE8901134897403778
Supervise by		
Autorizó	Ing. Victor Hernández Audelo.	FS000606929250224HEAV6505064897403778
Authorized by		