

# Versuch 0 Einführungen und Vorversuch

Cornelius Heiming

29.04.2025

## 1 Einleitung

In diesem Versuch wird der Oszillograph untersucht und insbesondere seine Anstiegszeit bestimmt. Dazu wird zunächst die Anstiegszeit eines Rechtecksignals ermittelt. Anschließend wird ein R-C-Filter mit einer Sinuswelle betrieben und daraus seine Grenzfrequenz bestimmt.

## 2 Theorie

Beim Arbeiten mit Wechselstrom ist eine Visualisierung desselben notwendig. Diese erfolgt in der Regel mit einem Oszilloskop. Aufgrund von endlichen Ausbreitungsgeschwindigkeiten muss dieses, und auch der Signalgenerator eine positive Anstiegszeit haben. Entsprechend kann die Frequenz nicht beliebig sein, man spricht von der Frequenzbandbreite  $B = f_{\text{grenz}} = \frac{1}{2\pi\tau}$  mit  $\tau = R \cdot C$ , also modelliert als R-C Tiefpass. Die Bandbreite hängt gemäß der Aufgabe E mit der Anstiegszeit über die Formel  $B \cdot \Delta t = 0,35$  zusammen.

## 3 Voraufgaben

**Voraufgabe A:** Geben Sie für die Spannung  $U(t) = U_0 \sin(\omega t)$  die Größen  $U_{\text{SS}}$ ,  $U_{\text{S}}$  und  $U_{\text{eff}}$  an.

Berechne zunächst  $\langle \sin^2(\omega t) \rangle$ :

$$\begin{aligned}
 \frac{2}{2T} \int_{-T}^T \sin^2(\omega t) dt &= \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \sin^2(\omega t) dt + \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \sin^2(\omega t) dt \\
 &= \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \sin^2(\omega t) dt + \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \cos^2\left(\omega\left(t - \frac{\pi}{2\omega}\right)\right) dt \\
 &= \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \sin^2(\omega t) dt + \frac{1}{2T} \int_{-T-\frac{\pi}{2\omega}}^{T-\frac{\pi}{2\omega}} \cos^2(\omega t) dt \\
 &= \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \sin^2(\omega t) dt + \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \cos^2(\omega t) dt \quad (\text{Periodizität von } \cos) \\
 &= \frac{1}{2T} \int_{-T}^T [\sin^2(\omega t) + \cos^2(\omega t)] dt \\
 &= \frac{1}{2T} \int_{-T}^T 1 dt = 1 \\
 \Rightarrow \langle \sin^2(\omega t) \rangle &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \sin^2(\omega t) dt = \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

Also gilt:

$$\begin{aligned}
 U_{\text{SS}} &= \max_t U(t) - \min_t U(t) = U_0 - (-U_0) = 2U_0 \\
 U_{\text{S}} &= \max_t |U(t)| = U_0 \\
 U_{\text{eff}} &= \sqrt{\langle U^2(t) \rangle} = U_0 \sqrt{\langle \sin^2(\omega t) \rangle} = U_0 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}
 \end{aligned}$$

**Voraufgabe B: Wie groß ist der Effektivwert eines symmetrischen Rechtecksignals mit  $U_{\text{S}} = 10\text{V}$ ?**

Ein Rechtecksignal kann mit

$$U(t) = \begin{cases} U_{\text{S}} & t \in [2n, 2n+1) \text{ für } n \in \mathbb{Z} \\ -U_{\text{S}} & t \in [2n+1, 2n+2) \text{ für } n \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

beschrieben werden. Demnach gilt:

$$\begin{aligned}
 U_{\text{eff}} &= \sqrt{\langle U^2(t) \rangle} \\
 &= \sqrt{\langle (\pm U_{\text{S}})^2 \rangle} = U_{\text{S}} \\
 &= 10\text{ V}
 \end{aligned}$$

**Voraufgabe C: Wie groß ist der Innenwiderstand des Generatorsausgangs?**

$$\begin{aligned}
U_2 - U_1 &= U_0 \frac{R_2}{R_2 + R_i} - U_0 \frac{R_1}{R_1 + R_i} \\
&= U_0 \frac{R_2(R_1 + R_i) - R_1(R_2 + R_i)}{(R_2 + R_i)(R_1 + R_i)} \\
&= R_i \frac{U_0(R_2 + R_i - R_1 - R_i)}{(R_2 + R_i)(R_1 + R_i)} \\
&= R_i \left( \frac{U_0(R_2 + R_i)}{(R_2 + R_i)(R_1 + R_i)} - \frac{U_0(R_1 + R_i)}{(R_2 + R_i)(R_1 + R_i)} \right) \\
&= R_i \left( \frac{U_0}{R_1 + R_i} - \frac{U_0}{R_2 + R_i} \right) \\
&= R_i(I_1 - I_2)
\end{aligned}$$

Also gilt äquivalent:

$$R_i = \frac{U_2 - U_1}{I_1 - I_2}$$

Nun soll mit den Angaben  $U_{SS} = 20 \text{ VSS}$  bei  $I_1 = 0 \text{ A}$  und  $U_{SS} = 20 \text{ VSS}$  bei  $50 \Omega$  Last der Innenwiderstand berechnet werden. Die Amplitude beträgt die Hälfte des Spitzewertes, d.h.  $U_1 = 10 \text{ VS}$ ,  $I_1 = 0 \text{ A}$  sowie  $U_2 = 5 \text{ VS}$ ,  $I_2 = \frac{5 \text{ VS}}{50 \Omega} = 0,1 \text{ A}$ :

$$\begin{aligned}
R_i &= \frac{5 \text{ V} - 10 \text{ V}}{0 \text{ A} - 0,1 \text{ A}} \\
&= 50 \Omega
\end{aligned}$$

**Voraufgabe E: Zeigen Sie, dass für einen einfachen Tiefpass (exponentiell ansteigende Flanke) näherungsweise die Formel  $B \cdot \Delta t = 0,35$  gilt.**

Für einen Tiefpass gilt die Formel:

$$U(t) = U_0(1 - \exp(-\frac{t}{\tau}))$$

Seien  $t_1$  und  $t_2 = t_1 + \Delta t$  die Zeitpunkte, zu denen 10 % und 90 % von  $U_0$  erreicht sind. Dann folgt:

$$\begin{aligned}
0,1 &= \exp\left(-\frac{t_1 + \Delta t}{\tau}\right) \\
&= \underbrace{\exp\left(-\frac{t_1}{\tau}\right)}_{0,9} \cdot \exp\left(-\frac{\Delta t}{\tau}\right) \\
\Leftrightarrow \ln(9) &= \frac{\Delta t}{\tau} \\
&= 2\pi B \Delta t \\
\Leftrightarrow B \Delta t &= \frac{\ln(9)}{2\pi} \approx 0,35
\end{aligned}$$

## 4 Versuchsaufbau und -durchführung

### H.1: Bestimmung der Anstiegszeit des Oszillographen

In dieser Aufgabe soll der Oszillograph untersucht werden. Dafür wird der Generatorausgang mit dem CH1 Eingang des Oszilloskops mittels eines Koaxialkabels verbunden. Nach dem Triggern können verschiedene Oszillogramme beobachtet werden. Danach wird ein Rechtecksignal mit einer Frequenz von 2 MHz und einer Amplitude von beispielsweise 1 V eingestellt. Die Anstiegszeit  $\Delta t_{\text{gemessen}}$  wird bestimmt, indem die Zeitdifferenz zwischen dem Zeitpunkt, an dem  $U(t)$  den Wert  $0.1U_0$  erreicht, und dem Zeitpunkt, an dem  $U(t)$  den Wert  $0.9U_0$  erreicht, gemessen wird. Zuletzt wird der Generatorausgang mit einem R-C-Filter verbunden. Es soll eine Zeitkonstante von  $\tau = \mathcal{O}(10\text{ }\mu\text{s bis }100\text{ }\mu\text{s})$  realisiert werden, also können bspw.  $R = 1\text{ k}\Omega$  und  $C = 10\text{ }\mu\text{F}$  gewählt werden. Der R-C-Filter wird erneut mit dem CH1-Eingang des Oszilloskops verbunden. Der Generator wird auf ein Sinus-Signal mit 10 verschiedenen Frequenzen eingestellt. Dabei wird sich jeweils die Amplitude am Signalgenerator notiert.

## **5 Auswertung**

## **6 Endresultat**

## **7 Ergebnisdiskussion/Plausibilitätskontrolle**