

MRI室 検査時の安全管理

1 検査室に金属製のものを持ち込まない。

MRI室入室前のチェック

- ① 携帯している金属などが無いか技師とともに確認する。
経鼻栄養チューブの先端には金属を含むので、MRI検査前には抜去する。
- ② MRI室の扉は開いたままにしない。担当者不在時は鍵をかける。
- ③ 点滴台、ストレッチャー、車椅子はMRI室専用のものを使用する。
- ④ 酸素ボンベが無いことを確認する。

2 検査時に患者さんの皮膚と皮膚が接触すると高周波電流のループが発生し熱傷を生じるおそれがある。

- ・ポジショニング時に患者さんの腕・脚などの皮膚が接触していないか確認する。
- ・患者さんに検査中は身体を動かさないよう伝えておく。

