


## 1 次救命処置（BLS）の流れ



- ・テンポは毎分100～120回
- ・圧迫の深さは5～6cm
- ・圧迫を行うたびに胸壁を完全に元に戻す
- ・圧迫の中断を最小限に抑える
- ・過換気を避ける

### AEDの手順

- ①電源を入れる（以下②～④はAEDの音声指示に従い行動）
- ②傷病者の胸をはだけて、適切なAEDパッドを選択し、正しく貼る
- ③リズム解析のために傷病者から離れる
- ④電気ショック必要時は患者から離れる/SHOCKボタンを押す