

가천길병원 치과 보철과 배정윤 교수님

인터뷰 핵심 질문지

DentalFit · 치과-기공소 정보 전달 문제 검증

🔑 인터뷰 핵심 주제

리메이크 원인 · 치과-기공소 정보 전달 문제 · DentalFit의 임상적 가치 · 데이터/후속 협력 가능성

귀한 시간 내어 인터뷰에 응해주셔서 진심으로 감사드립니다.

이번 질문지는 실제 치과 보철 진료 관점에서 해당 문제가

임상과 환자 경험에 어떤 영향을 주는지 검증받기 위한 목적으로 작성되었습니다.

편하게 의견 주시면 감사하겠습니다.

1. 보철 진료 및 기공 의뢰 과정

Q1. 교수님께서 주로 다루시는 보철 케이스는 어떤 유형이 많으신가요?

임플란트 보철, 틀니, 크라운 등

Q2. 가천길병원 보철과에서는 보철물 제작을 원내 기공실에서 주로 진행하시나요, 아니면 외부 기공소와도 협업하시나요? 원내 기공실과 외부 기공소 다 이용

Q3. 보철 케이스가 발생했을 때, 치과에서 기공소로 의뢰되기까지의 일반적인 과정은 어떻게 되나요?

무치악이나 삭제된 치아, 인상용 코핑이나 스캔바디 연결된 임플란트를
silicone 인상재를 이용해 인상채득하거나, 구내스캐너를 이용해 스캔해, 인상체나, 스캔
자료를 기공실로 전달

2. 치과-기공소 간 정보 전달 문제

Q4. 보철 의뢰서나 기공소 전달 정보에서 가장 중요하다고 보시는 항목은 무엇인가요?

정확한 구강 스캔 파일, 변연(margin), 교합 정보, 보철물 디자인, 웨이드 등

Q5. 의뢰 정보가 부족하거나 모호해서 기공소와 다시 커뮤니케이션하는 경우가 있나요? 네

Q6. 임플란트 브랜드, 어버트먼트 정보, STL 파일 등이 잘못 전달되면 실제 임상에서는 어떤 문제가 생기나요? 제작 자체가 안됨

3. 보철물 리메이크와 환자 영향

Q7. 보철물 리메이크는 주로 어떤 이유로 발생하나요?

보철물의 잘못된 디자인, 내면 적합도, 변연, 교합, 웨이드 이상 등

Q8. 리메이크 원인 중 기공소 제작 오류와 치과 측 정보 전달 오류는 각각 어느 정도 영향을 준다고 보시나요? 둘다 영향이 있음

Q9. 리메이크가 발생했을 때 환자와 치과 입장에서 가장 큰 부담은 무엇인가요?

진료 시간 증가, 환자 신뢰 저하 등

4. DentalFit 방향성 검증

Q10. 저희는 기공소의 CAD/CAM workflow 에서 파일 누락, 중복 밀링, 케이스-디스크 매칭 오류, 네스팅 판단 오류를 줄이는 소프트웨어를 검토하고 있습니다. 이런 솔루션이 치과 입장에서 의미 있는 가치가 있을까요?

1. 체어 타임(Chair Time) 단축: 매칭 오류나 네스팅 판단 오류 상태에서 제작된 잘못된 보철물은 구강 내 시적 시 조정 시간이 길어짐
2. 환자 신뢰도 유지: 파일 누락이나 중복 밀링으로 인해 약속된 배송 날짜가 지연시, 환자와의 신뢰가 깨짐

Q11. 파일 검증이나 케이스 매칭 자동화가 보철물 리메이크 감소에 실제로 기여할 수 있다고 보시나요?

1. 데이터 오류 사전 차단- 구강 스캔 데이터, 변연, 교합면의 문제 등을 AI가 최종 디자인 전에 미리 감지하고, 시간 절약(잘못된 데이터로 보철물이 제작되어, 리메이크하지 않게 함)
 2. 오배송 및 작업 매칭 실수 방지 정확한 매칭: 환자 데이터, 기공의뢰서, 가공 장비의 블록 정보를 자동 매칭.
- 혼선 방지: 다른 환자의 기공의뢰서로 보철물이 제작되거나, 다른 치과로 배송되는 사고를 예방

Q12. 교수님께서 보시기에 이 아이디어가 실제 현장에서 실패한다면 가장 큰 이유는 무엇일까요?

수작업에 익숙한 기공사들의 작업 관행과의 충돌과 소프트웨어의 유연성 부족
:바쁜 상황에서 소프트웨어에 케이스를 일일이 매칭하고 상태를 업데이트하는 과정 자체가 시간 낭비일수 있음
숙련된 기공사의 직관적 판단을 따라 가지 못하는 소프트웨어

5. 후속 협력 및 데이터

Q13. 익명화된 보철 케이스 데이터나 STL 파일을 연구 목적으로 활용하려면 어떤 절차가 필요할까요?

Q14. 병원 내에서 보철물 리메이크 사유나 기공소 관련 오류 데이터를 확인할 수 있는 구조가 있나요? 기공사와 함께 리메이크 사유 분석 후 재발 방지위한 논의

Q15. 추가로 인터뷰하면 좋을 대상이 있을까요?

※ 예: 보철과 전공의, 원내 기공실장, 외부 협력 기공소, 디지털 덴티스트리 전문가 등

6. 후속 방향성과 조언

Q16. 마지막으로, DetaSync의 방향성과 관련해 저희가 놓치고 있는 부분이나 앞으로 고려해야 할 점이 있다면 자유롭게 조언 부탁드립니다.

환자 안전과 책임 소재가 분명해야 하며, 의료 데이터 보안, 기공 업계와의 상생이 필요할것 같습니다,

귀한 시간 내어 답변해주셔서 진심으로 감사드립니다.

말씀해주신 내용은 저희 문제 정의와 솔루션 방향을 검토하는 데 소중히 참고하겠습니다.