

Akıllı Tıbbi Görüntü Analiz Sistemi

● HASTA & DOKTOR BİLGİLERİ

Hasta Ad Soyad	de***	Doktor Ad Soyad	Dr. Cuma Doğan
TC Kimlik	234*****24	Branş	Radyoloji
Doğum Tarihi	**.**.2026	E-posta	doktor@atgas.local
Protokol No	23423442	İşlem Tarihi	2026-05-08 10:48

● GÖRÜNTÜ ANALİZİ

● ORJİNAL GÖRÜNTÜ	● TENSORFLOW ANALİZ ÇIKTISI

TF TAHMİN SONUCU

Tuberkuloz (Akciğer X-Ray Taraması)

● Şüpheli bulgu — ek tetkik ve uzman onayı önerilir

DOĞRULUK ORANI

%79.02

● Orta Güven

● TEKNİK DETAYLAR

Rapor ID	analiz_raporlari.id → 8
Tarama Tipi	X-Ray
TF Tahmin Sonucu	Tuberkuloz (Akciğer X-Ray Taraması)

Doğruluk Oranı	79.02
Seviye	Orta
Durum	Taslak
Protokol No	23423442
İşlem Tarihi	2026-05-08 10:48

• DOKTOR NOTU

YZ Yorumu: Görüntüde Akciğer X-Ray Taraması bulgusu şüphesi taşınmakta olup, modelin teşhis güven skoru %79.0 olarak hesaplanmıştır. Kesin klinik tanı için radyolog onayı ve ek tetkikler gereklidir.

Doktor Yorumu: (Doktor notu girilmedi.)

— Dr. Cuma Doğan · Radyoloji · 08.05.2026

(!) Bu rapor ATGAS Yapay Zeka Sistemi (TensorFlow / Keras) tarafından otomatik olarak üretilmiştir ve kesin tanı niteliği taşımaz. Klinik değerlendirme ve uzman doktor onayı ile birlikte yorumlanmalıdır. Hasta bilgileri KVKK uyumu için kısmen maskelenmiştir; tam bilgilere yalnızca yetkili sağlık personeli sistem üzerinden erişebilir.

• TensorFlow / Keras · EfficientNetV2-M · ATGAS v1.0 · Rapor #8 · Protokol: 23423442 · © 2026 ATGAS