

细胞复苏

1、实验试剂：培养基、终止液

2、实验材料：培养皿、移液枪、废液缸、75%酒精

3、实验仪器：超净台、CO₂培养箱、37℃恒温水浴箱、离心机

4、操作步骤：

1、自液氮或-80℃冰箱取出冻存管，检查盖子是否旋紧，由于热胀冷缩，此时盖子易松掉；

2、立即将冻存管放入37℃的水浴锅中融化，轻柔晃动，直到小瓶中只剩下一小块冰，尽量在1min内融化；

3、将解冻细胞悬浮液加入含有1 ml左右终止液的离心管中，放入离心机，800 rmp，离心5分钟，移去上清液，加入1mL培养基，使用移液枪反复吹打混合均匀。

4、移入加有3 ml 左右培养基的6 cm培养皿中，放入CO₂培养箱培养。

5、在解冻培养后隔日更换培养基。

5、注意事项：

1、冷冻细胞取出时应迅速，避免温差对其他冻存细胞造成影响。

2、解冻时，应将冻存管放入一次性袋中，再放入水中融化避免污染。

3、用预热过的培养基慢慢稀释解冻的细胞。