

**Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de
acordo com a ABNT NBR ISO/ IEC 17025, sob o N^o 0149
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO N^o JW3H9C21
Chave de Autenticidade (QRCode): EI75O198N1I81626HA0WD6**



Pág. 1/2

1. CLIENTE: AXALTA COATING SYSTEMS BRASIL LTDA.

Endereço: AVENIDA LINDOMAR GOMES DE OLIVEIRA, N^o 463 - CUMBICA - Guarulhos - SP - Brasil

Contato: DIEGO RIBEIRO DA SILVA / (11) 2465-8241

2. INSTRUMENTO CALIBRADO: CRONÔMETRO

Código: 07-A912

Marca: TECHNOS

Modelo: NÃO CONSTA

N^o Série: NÃO CONSTA

Tipo: DIGITAL

3. IDENTIFICAÇÃO DA CALIBRAÇÃO:

Data de recebimento: 23/07/2021

Período de calibração: 23/07/2021

Data de emissão: 04/08/2021

Local de calibração: Trespal - Santo André

Endereço: Rua Francisco Bonilha, 19 - Vila Príncipe de Gales - Santo André - SP - Brasil

4. CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura Ambiente

(20±1) °C

Umidade Relativa do Ar

(55±15) %ur

Incerteza de medição referente as condições ambientais:

Temperatura: 0,4 °C

Umidade: 2 %ur

5. RESUMO DO MÉTODO DE CALIBRAÇÃO:

Método(s): M-019 Rev - 09

Descrição do Método: A Calibração foi realizada conforme método citado comparando-se o instrumento com o padrão listado no item 8. A série de medições (números de leituras e pontos na escala) estão definidas nas tabelas de valores encontrados.

6. COMENTÁRIOS:

A reprodução deste documento somente poderá ser feita integralmente. Reprodução de partes requer a aprovação prévia e por escrito da MEC-Q. Os resultados apresentados referem-se exclusivamente ao equipamento/código em questão, submetido à calibração nas condições especificadas, não sendo extensivo a qualquer lote. Eventuais ajustes, laudo e interpretações dos resultados não fazem parte do escopo de acreditação deste Laboratório. Este certificado atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, a qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade à padrões nacionais de medida. A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência (k), o qual para uma distribuição t com graus de liberdade efetivos (Veff) corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02. O valor de referência (Vref) e o Erro são formatados em função da Incerteza Expandida conforme orientações da Cgcre.

7. EQUIPAMENTOS AUXILIARES:

P-159/52 - TERMOHIGROMETRO - K469HA20 (MEC-Q CAL 0149) - Válido até:30/11/2021

8. PADRÕES UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO:

P-082/31 - FREQUENCIMETRO - LIT33-LIT00-CC-10136 (LIT CAL 0022) - Válido até:30/11/2021

RICARDO CORACCINI

Executante

RICARDO GODINHO LOMBARDO

Signatário autorizado

**Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de
acordo com a ABNT NBR ISO/ IEC 17025, sob o N^o 0149
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO N^o JW3H9C21**

Pág. 2/2

9. VALORES ENCONTRADOS:

Faixa de indicação: 0,00 s à 3599,99 s

Valor de uma divisão: 0,01 s

Valores Encontrados						
VI	VRef	Erro	Incerteza Expandida	Unidade de Medida	k	Veff
20,09	20,112	-0,022	0,019	s	2,00	∞
60,11	60,110	0,000	0,019	s	2,00	∞
300,06	300,061	-0,001	0,019	s	2,00	∞
1200,07	1200,132	-0,062	0,019	s	2,00	∞

VI - Valor Indicado pelo Instrumento **VRef** - Valor de Referência

Observação: - CALIBRADO NOS PONTOS SOLICITADOS PELO CLIENTE.

----- Fim do certificado -----

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Calibração realizada sem ajuste prévio.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

As informações a seguir foram fornecidas pelo cliente:

Periodicidade: 24 Mês(es)

Vencimento: 31/07/2023