

Certificado de Calibração Nº: **2022/000128**

Data da Calibração: **21/01/2022**

Data da Emissão: **05/04/2022**

Chave de Autenticidade (QRCode): **50B3B2A58DF06DCDCE3839**



Contratante

PLASCAR IND. DE COMP. PLASTICOS LTDA. **CNPJ** 50.935.576/0001-19
AV. WILHELM WINTER, 300
DIST. INDL.
JUNDIAÍ-SP **CEP** 13213-000 **Telefone** (11) 2152-5100

Equipamento

Código RF 0001
Descrição REFRACTOMETRO DIGITAL
Marca ATAGO **Modelo** N/A **Nº de Série** BA21654166849B5
Capacidade (0 a 53%) % Brix
VDD 0,1 % Brix

Condições Ambientais

Temperatura Ambiente: **(20±1) °C**

Umidade Relativa do Ar: **(57,5±12,5) %ur**

Padrões

Código	Descrição	Calibrado por	Nº Certificado	Validade
ESM013	Termohigrobarmetro Digital	GERO	HCWLHL21	31/03/2022
RFT002	Refratômetro de Bancada	IPT	169 833 - 101	28/02/2022
RFT002/T	Indicador de Temperatura com Sensor	GERO	2021/001251	31/03/2022

Procedimento de Medição

Código: **GPI082** Revisão: **3**

A calibração do refratômetro foi realizada por meio da comparação da indicação do item em calibração com as indicações do refratômetro padrão.

Os valores de referência e os valores indicados pelo instrumento em calibração foram medidos na temperatura de 20 °C ± 0,2 °C.

Os valores convencionais foram medidos com lâmpada de vapor de sódio, para o comprimento de onda de 589,3 nm e os valores indicados pelo instrumento foram medidos de acordo com as configurações do instrumento.

Os valores de referência foram obtidos com base no certificado de calibração do instrumento padrão.

Observações

- A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com vef graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Os resultados deste certificado referem-se exclusivamente ao instrumento submetido à calibração nas condições especificadas, não sendo extensivo a quaisquer lotes.
- A reprodução deste certificado só poderá ser total. Para reprodução parcial é necessária a prévia aprovação por escrito por parte deste laboratório.
- Ajustes, quando realizados, não fazem parte do escopo de acreditação deste Laboratório.
- Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela CGCRE que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI).
- Calibrado nas dependências da Gero. Laboratório: ÓPTICA.
- Equipamento calibrado como recebido (sem ajuste).

Autenticidade

Prezado cliente, verifique a autenticidade do nosso certificado pelo site: **www.gero.com.br/autenticidade**, ou utilizando um aplicativo QR Code fazendo a leitura do código no topo deste certificado. Caso não seja possível verificar a autenticidade deste certificado, por favor entrar em contato pelo telefone (15) 3384-3000.

Orçamento

Número do Orçamento: **PR211079 MG**

« Fim da capa, este documento continua na próxima página »

Certificado de Calibração Nº: 2022/000128

Data da Calibração: 21/01/2022

Data da Emissão: 05/04/2022




Resultados da Medição

Descrição	VC (% Brix)	II (% Brix)	Erro (% Brix)	U (% Brix)	k	veff
Ponto	0,01	0,00	-0,01	0,35	2,00	∞
Ponto	6,54	6,45	-0,09	0,35	2,00	∞
Ponto	15,10	14,90	-0,20	0,32	2,00	∞
Ponto	25,06	24,95	-0,11	0,31	2,00	∞


U - Incerteza da Medição

II - Indicação do Instrumento

VC - Valor Convencional



DAYANA VECCHIO
Executado por



VINICIUS GRANDO
Signatário Autorizado

« Fim do documento »