



CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nº 162531.2025

Data de Emissão: 11/11/2025

*Produto: **SOL. TAMPAO (BUFFER) PH 10,00**

CAS: [10043-35-3]

Fórmula Molecular: ND

Peso Molecular: ND

Código	Emb.
P.01.0267.000.45.75	250mL
P.01.0267.000.45.78	500mL
P.01.0267.000.45.81	1000mL

Lote	Fabricação	Validade
162531	11/11/2025	11/11/2028

RESULTADOS

Item Analisado	Especificação	Resultado	Método
Aparência	Líquido incolor	Conforme	Visual
pH da solução em 20°C	9,98 - 10,02	10,00	FB 6º Edição
pH da solução em 25°C	9,98 - 10,02	10,00	FB 6º Edição
pH da solução em 30°C	9,97 - 10,01	9,99	FB 6º Edição
pH da solução em 35°C	9,82 - 9,86	9,84	FB 6º Edição
pH da solução em 40°C	9,80 - 9,84	9,82	FB 6º Edição
pH da solução em 45°C	9,76 - 9,80	9,78	FB 6º Edição
Incerteza por °C	0,02 pH	0,02 pH	
Densidade (25°C)	1,00 - 1,02 g/mL	1,00g/mL	

Observações:

***Para uso exclusivo em laboratório e fins industriais**

A FISPQ deste produto pode ser encontrada em www.dinamicaquimica.com.br

Químico Responsável:

Nélio Rubens de Almeida
CRQ: 04414139 4ª Região

Certificado emitido eletronicamente,
dispensa assinatura