



CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nº 163119.2025

Data de Emissão: 09/12/2025

*Produto: SOL. TAMPAO (BUFFER) PH 4,00

CAS: [77-92-9]

Fórmula Molecular: ND

Peso Molecular: ND

Código	Emb.
P.01.0267.000.12.75	250mL
P.01.0267.000.12.78	500mL
P.01.0267.000.12.81	1000mL
P.01.0267.000.12.84	5L

Lote	Fabricação	Validade
163119	09/12/2025	09/12/2028

RESULTADOS

Item Analisado	Especificação	Resultado	Método
Aparência	Líquido límpido	Conforme	Visual
Cor	Amarela	Conforme	Visual
pH da solução em 20°C	3,98 - 4,02	4,00	
pH da solução em 25°C	3,98 - 4,02	4,00	
pH da solução em 30°C	3,99 - 4,03	4,01	
pH da solução em 35°C	4,00 - 4,04	4,02	
pH da solução em 40°C	4,01 - 4,05	4,03	
pH da solução em 45°C	4,04 - 4,08	4,06	
Incerteza por °C	0,02pH	0,02pH	
Densidade (25°C)	1,00g - 1,02g/mL	1,00g/mL	

.
. .
. .
. .

Observações:

*Para uso exclusivo em laboratório e fins industriais

A FISPQ deste produto pode ser encontrada em www.dinamicaquimica.com.br

Químico Responsável:

Nélio Rubens de Almeida
CRQ: 04414139 4ª Região

Certificado emitido eletronicamente,
dispensa assinatura