



CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nº 164249.2026

Data de Emissão: 03/02/2026

*Produto: SOL. TAMPAO (BUFFER) pH 5,00

CAS: [77-92-9]

Fórmula Molecular: ND

Peso Molecular: ND

Código	Emb.
P.01.0267.000.18.75	250mL
P.01.0267.000.18.78	500mL

Lote	Fabricação	Validade
164249	03/02/2026	03/02/2029

RESULTADOS

Item Analisado	Especificação	Resultado	Método
Aparência	Líquido límpido	Conforme	Visual
Cor	Incolor	Conforme	Visual
pH da solução em 20°C	4,98 - 5,02	5,00	
pH da solução em 25°C	4,98 - 5,02	5,00	
pH da solução em 30°C	4,99 - 5,03	5,01	
pH da solução em 35°C	5,00 - 5,04	5,02	
pH da solução em 40°C	5,01 - 5,05	5,03	
pH da solução em 45°C	5,02 - 5,06	5,04	

Observações:

*Para uso exclusivo em laboratório e fins industriais

A FISPQ deste produto pode ser encontrada em www.dinamicaquimica.com.br

Químico Responsável:

Nélio Rubens de Almeida
CRQ: 04414139 4ª Região

Certificado emitido eletronicamente,
dispensa assinatura