



CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nº 164003.2026

Data de Emissão: 26/01/2026

*Produto: **SOL. TAMPAO (BUFFER) pH 7,00**

CAS: [7778-77-0]

Fórmula Molecular: ND

Peso Molecular: ND

Código Emb.
P.01.0267.000.27.75 250mL

P.01.0267.000.27.78 500mL

P.01.0267.000.27.81 1000mL

Lote **164003** Fabricação 26/01/2026 Validade 26/01/2029

RESULTADOS

Item Analisado	Especificação	Resultado	Método
Aparência	Líquido límpido	Conforme	Visual
Cor	Azul	Conforme	Visual
pH da solução em 20°C	6,98 - 7,02	7,00	-
pH da solução em 25°C	6,98 - 7,02	7,00	-
pH da solução em 30°C	6,99 - 7,03	7,01	-
pH da solução em 35°C	7,00 - 7,04	7,02	-
pH da solução em 40°C	7,01 - 7,05	7,03	-
pH da solução em 45°C	7,04 - 7,08	7,06	-
Incerteza de Medição	± 0,02	± 0,02	-
Densidade (25°C)	1,00 - 1,02 g/mL	1,00g/mL	

Observações:

***Para uso exclusivo em laboratório e fins industriais**

A FISPQ deste produto pode ser encontrada em www.dinamicaquimica.com.br

Químico Responsável:

Nélio Rubens de Almeida
CRQ: 04414139 4ª Região

Certificado emitido eletronicamente,
dispensa assinatura