



CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nº 165277.2026

Data de Emissão: 18/03/2026

*Produto: **SOL. TAMPAO (BUFFER) pH 8,00**

CAS: [1310-73-2]

Fórmula Molecular: ND

Peso Molecular: ND

Código	Emb.
P.01.0267.000.33.75	250mL
P.01.0267.000.33.78	500mL

Lote	Fabricação	Validade
165277	18/03/2026	18/03/2029

RESULTADOS

Item Analisado	Especificação	Resultado	Método
Aparência	Líquido límpido	Conforme	Visual
Cor	Incolor	Conforme	Visual
pH da solução em 20°C	7,98 - 8,02	8,00	FB 6º Edição
pH da solução em 25°C	7,98 - 8,02	8,00	
pH da solução em 30°C	7,87 - 7,91	7,89	
pH da solução em 35°C	7,82 - 7,86	7,84	
pH da solução em 40°C	7,80 - 7,84	7,82	
pH da solução em 45°C	7,76 - 7,80	7,78	
Incerteza por °C	0,02 pH	0,02 pH	
Densidade (25°C)	1,00g - 1,02g/mL	1,00g/mL	

Observações:

***Para uso exclusivo em laboratório e fins industriais**

A FISPQ deste produto pode ser encontrada em www.dinamicaquimica.com.br

Químico Responsável:

Nélio Rubens de Almeida
CRQ: 04414139 4ª Região

Certificado emitido eletronicamente,
dispensa assinatura