

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 1V616N22

Chave de Autenticidade (QRCode): 9BH2Y94M1094000R0UGE06



Pág. 1/2

1. CLIENTE: MEC-Q COMÉRCIO E SERVIÇOS DE METROLOGIA INDUSTRIAL LTDA

Endereço: Av Jorge Amado, Nº S/N - Parque das Palmeiras - Camacari - BA - Brasil

Contato: Luciana Silva de Jesus / (71) 3627-6141

2. INSTRUMENTO CALIBRADO: SOLUÇÃO PADRÃO PARA DENSIMETRO

Código: P-149/27

Marca: NAO CONSTA

Modelo: NÃO CONSTA

Nº Série: NÃO CONSTA

3. IDENTIFICAÇÃO DA CALIBRAÇÃO:

Data de recebimento: 30/05/2022

Período de calibração: 30/05/2022

Data de emissão: 31/05/2022

Local de calibração: Trescal - Camaçari

Endereço: Av. Jorge Amado, S/N - Parque das Palmeiras - Camaçari - BA - Brasil

4. CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura Ambiente

(20±1) °C

Umidade Relativa do Ar

(55±15) %ur

Incerteza de medição referente as condições ambientais:

Temperatura: 0,5 °C

Umidade: 4 %ur

5. RESUMO DO MÉTODO DE CALIBRAÇÃO:

Método(s): M-913 Rev - 00

Descrição do Método: A Calibração foi realizada conforme método citado comparando-se o instrumento com o padrão listado no item 8. A série de medições (números de leituras e pontos na escala) estão definidas nas tabelas de valores encontrados.

6. COMENTÁRIOS:

A reprodução deste documento somente poderá ser feita integralmente. Reprodução de partes requer a aprovação prévia e por escrito da MEC-Q. Os resultados apresentados referem-se exclusivamente ao equipamento/código em questão, submetido à calibração nas condições especificadas, não sendo extensivo a qualquer lote. A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência (k), o qual para uma distribuição t com graus de liberdade efetivos (Veff) corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02. O valor de referência (Vref) e o Erro são formatados em função da Incerteza Expandida conforme orientações da Cgcre. Nossos padrões de referência são rastreáveis ao INMETRO (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA – BRASIL) e/ou a outros laboratórios nacionais, ou internacionais pertencentes aos Acordos de Reconhecimento Mútuos.

7. EQUIPAMENTOS AUXILIARES:

P-159/06 - TERMOHIGROMETRO - J59OFH21 (MEC-Q CAL 0551) - Válido até: 31/08/2022

8. PADRÕES UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO:

P-052/32 - BALANÇA LABORATORIAL - 5148Q422 (MEC-Q CAL 0079) - Válido até: 31/03/2023

P-072/32 - PICNOMETRO - 01N4RJ21 (SETTING CAL 0165) - Válido até: 31/10/2022

P-219/05 - TERMOMETRO DIGITAL - Q842AC22 (MEC-Q CAL 0079) - Válido até: 30/04/2023

VINICIUS SANTANA DA SILVA

Executante

Assinado de forma digital por CAIO LUCAS DUARTE COSTA Dados: 31/05/2022 09:29:06 - 03:00:00

Signatário autorizado

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 1V616N22

Pág. 2/2

9. VALORES ENCONTRADOS:

Faixa de indicação: 0,78999 g/cm³ à 0,78999 g/cm³

Complemento: Álcool Etílico Absoluto 99,5 %

Valores Encontrados						
VI	VRef - Média de 3 Leituras	Erro	Incerteza Expandida	Unidade de Medida	k	Veff
0,78999	0,7901	-0,0001	0,0020	g/cm ³	2,00	∞

VI - Valor Indicado pelo Instrumento **VRef** - Valor de Referência

Calibração realizada sem ajuste prévio.

----- Fim do certificado -----

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

As informações a seguir foram fornecidas pelo cliente:

Periodicidade: 12 Mês(es)

Vencimento: 31/05/2023

MEC-Q[®]