

台灣福祉科技有限公司
儀器履歷表

名	稱	數位水平尺	品 牌／型 號／規 格	DEVON 大有(9405)		
編	號	TM13	允 差	±5%		
精	度	0.1°	保 管 單 位	廠務單位		
校 驗 類 別	☒ 內校 ☐ 外校		校 驗 週 期	一年		
	☐ 免校		汰 換 週 期	-		
送修紀錄						
送修日	送修原因		完成日	維修單位／人員		
校驗紀錄						
校 驗 日	校 驗 機 構	校 驗 紀 錄	判 定	判 定 人	預計下次校驗日期	備 註
2021/9/2	-	新購入	OK	劉威君	2022/9/2	
2022/5/12	-	內校	OK	黃嘉鈺	2023/5/12	
移轉紀錄						
日 期	移 交 人	移 交 單 位	交 接 人	交 接 單 位	原因備註	
2021/9/2	劉 威 君	新購入	謝宗憲	廠務單位		
2023/7/25					轉工具	

 台灣福祉科技有限公司
儀器履歷表

名	稱	數位水平尺	品牌／型號／規格	DEVON 大有(9405)		
編	號	M013	允 差	±5%		
精	度	0.1°	保 管 單 位	廠務單位		
校 驗 類 別	☒ 內校 ☐ 外校		校 驗 週 期	一年		
	☐ 免校		汰 換 週 期	-		
送修紀錄						
送修日	送修原因		完成日	維修單位／人員		
校驗紀錄						
校 驗 日	校 驗 機 構	校 驗 紀 錄	判 定	判 定 人	預計下次校驗日期	備 註
2021/9/2	-	新購入	OK	劉威君	2022/9/2	
2022/5/12	-	內校	OK	黃嘉鈺	2023/5/12	
移轉紀錄						
日 期	移 交 人	移 交 單 位	交 接 人	交 接 單 位	原因備註	
2021/9/2	劉 威 君	新購入	謝宗憲	廠務單位		




台灣福祉科技有限公司

儀器內校紀錄

名稱	數位水平尺 50mm	品牌/型號/規格	DEVON 大有
編號	M013	儀器歸屬	☐ 樹八廠 ☐ 土城廠
檢測儀器/量具名稱	14度標準塊規	允差	± 5%
校驗類別	☒ 內校 ☐ 外校	適用區分	☒ 工作檢查用 ☐ 標準/參照用
	☐ 免校	檢測地點	☒ 樹八廠 ☐ 土城廠

內部校驗紀錄

校驗日	校驗單位	校驗內容	判定	判定人	預計下次校驗日期	備註
		標準值：10mm 1) 實測值： 2) 實測值：NA 3) 實測值：		NA		NA
2022.5.12	品保課	標準值：14度 1) 實測值：14° - 13.9° 2) 實測值：14° - 13.8° 3) 實測值：14° - 13.8°		2022.5.12	2022.5.12	
		標準值： 1) 實測值： 2) 實測值： 3) 實測值：				
		標準值： 1) 實測值： 2) 實測值： 3) 實測值：				
		標準值： 1) 實測值： 2) 實測值： 3) 實測值：				
		標準值： 1) 實測值： 2) 實測值： 3) 實測值：				

審核： 

經辦：  _____



台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

名	稱	數位水平尺	品牌／型號／規格	DEVON 大有(9405)			
編	號	TM13	允	差	±5%		
精	度	0.1°	保	管	單	位	
校	驗	類	別	☒ 內校 ☐ 外校		校 驗 週 期	一年
				☐ 免校		汰 換 週 期	-
送修紀錄							
送修日		送修原因		完成日		維修單位／人員	
校驗紀錄							
校 驗 日	校 驗 機 構	校 驗 紀 錄		判 定	判 定 人	預計下次校驗日期	備 註
2021/9/2	-	新購入		OK	劉威君	2022/9/2	
2022/5/12	-	內校		OK	黃嘉鈺	2023/5/12	
移轉紀錄							
日 期	移 交 人	移 交 單 位	交 接 人	交 接 單 位	原因備註		
2021/9/2	劉 威 君	新購入	謝宗憲	廠務單位			