



台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

名	稱	塊規	品牌／型號／規格		10mm	
編	號	SM11	允		差 ±0.2mm	
精	度	-	保 管 單 位		品管部	
校 驗 類 別	☐ 內校 ☒ 外校		校 驗 週 期		一年	
	☐ 免校		汰 換 週 期		-	
送修紀錄						
送修日		送修原因		完成日		維修單位／人員
校驗紀錄						
校 驗 日	校驗單位	校驗內容	合格判定	判定人	預計下次校驗日期	備註
2019/02/27	CLC	CLV07615-109	OK	江冠毅	2021/02/27	-
2021/05/27	CLC	CLL3545-110	OK	黃嘉鈺	2022/05/27	TAF
2022/07/28	CLC	CLL5623-111	OK	黃嘉鈺	2023/07/28	TAF
2023/9/28	CLC	CLL07762-112	OK	黃嘉鈺	2024/9/28	TAF
移轉紀錄						
日 期	移 交 人	移 交 單 位	交 接 人	交 接 單 位	原因備註	
2019/12/9	江冠毅	工程部	鄧力鋼	工程部	土城廠遷移樹八廠	



台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

名	稱	塊規	品牌／型號／規格	10mm														
編	號	SM16	允	差	±0.2mm													
精	度		保	管	單	位	品管部											
校	驗	類	別	☐ 內校 ☒ 外校	校	驗	週	期	一年									
				☐ 免校	汰	換	週	期	-									
送修紀錄																		
送修日		送修原因			完成日		維修單位／人員											
校驗紀錄																		
校	驗	日	校	驗	機	構	校	驗	紀	錄	判	定	判	定	人	預計下次校驗日期	備註	
108/2/25			-				新購入			OK	江冠毅	109.2.24						
109/2/27			CLC				CLV11043-108			OK	劉威君	110.2.26						
2021/05/27			CLC				CLL3545-110			OK	黃嘉鈺	2022/05/27				TAF		
2022/07/28			CLC				CLV5623-111			OK	黃嘉鈺	2023/07/28				TAF		
2023/9/28			CLC				CLL07762-112			OK	黃嘉鈺	2024/9/28				TAF		
移轉紀錄																		
日	期	移	交	人	移	交	單	位	交	接	人	交	接	單	位	原因備註		

CLC 科技檢校中心

CLC Technology Calibration & Testing Center

校正報告
Calibration Report

昭例有限公司

CHAO-LI CO., LTD.

高雄市仁武區京吉七路 55 號

No.55, Jingji 7th Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City

TEL:(07)375-7188 FAX:(07)375-3975

Service No.: CLC1120919-A

Page : 1 of 2
Report No.: CLL07762-112申請單位：台灣福祉科技有限公司
Applicant廠商地址：新北市樹林區八德街230號
Address儀器名稱：塊規
Equipment製造廠商：-----
Manufacturer校正程序：CL-SCP-L17
Procedure used型號 / 規格：10 mm
Model/Specification校正日期：2023.09.21
Calibration Date報告日期：2023.09.28
Report Date儀器序號：內詳
Serial No.溫度：(20 ± 1) °C 相對濕度：(50 ± 10) %
Temperature Relative Humidity校正地點：☐送校 ☐遊校地點：
Calibration Address send to calibration on-site calibration

校正時使用之標準器 (CLC Standards Employed)

儀器名稱 Equipment	製造廠商 Manufacturer	型號 / 序號 Model / Serial No.
Gauge Block Gauge Block	DOALL Kaizer	112-RMI / 204 (0.5 to 100) mm / 080118
追溯機構 Traceability	報告號碼 Report No.	標準器校正日期 / 有效日期 Calibration Date Due Date
SDI(TAF 0455) CLC(TAF 0458)	S11002007 CLC0241-112	2021.03.11 / 2024.03.10 2023.03.15 / 2024.03.14

昭例有限公司特此證明本報告內容記載之受校儀器已與上列標準做過比較校正，而校正用之標準器可追溯至中華民國國家度量衡標準實驗室或美國國家標準暨技術研究院或其他國家之國家度量衡標準，本校正系統之運作均符合 ISO/IEC 17025 : 2017 之規定。

CHAO-LI CO., LTD. Hereby certifies that equipment noted herein has been compared with the above listed standards.

The standards use to perform this calibration are traceable to NML/ROC or NIST/USA and other countries.

The calibration system are in compliance with ISO/IEC 17025 : 2017.

本校正報告僅對上述送校儀器之校正項目有效。本校正報告部份複製無效。

The calibration report is valid only to the items calibrated. Reproduced calibration report in partial is not effective.

報告簽署者：
(Report Signatory)

連綿

CLC 科技檢校中心

CLC Technology Calibration & Testing Center

校正報告

Calibration Report

昭俐有限公司

CHAO-LI CO., LTD.

高雄市仁武區京吉七路 55 號

No.55, Jingji 7th Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City

TEL:(07)375-7188 FAX:(07)375-3975

Page : 2 of 2

Report No.: CLL07762-112

校正結果

1. 尺寸

序 號 / 廠 編	標稱值 (mm)	器差值 (μ m)	擴充不確定度 (μ m)
192683(SM11)	10	-0.36	0.08
00358(SM16)	10	0.14	0.12

擴充不確定度：為 $[(0.072)^2 + (4.145 L)^2]^{1/2} \mu\text{m}$ (式中L為以m為單位之塊規標稱長度值)

涵蓋因子 k ：1.97

塊規材質：鋼

說明：

1. 本報告書僅對此校正件有效，並請勿分離使用，未獲得本實驗室同意，此校正報告不得摘錄複製，但全文複製除外。
2. Service No.英文簡稱後七碼數字為收件日期之年、月、日。
3. 校正方式：依本實驗室 CL-SCP-L17(4)塊規校正程序書。
4. 本報告書已依追溯件器差值採取修正。
5. 校正結果欄位說明：
 - 5.1 標稱值：待校件之標示值。
 - 5.2 器差值：三次比測之平均值+補正值。
6. 擴充不確定度：本系統係參考本中心之【塊規校正系統評估報告 CL-MSVR-L17(8)】及國際標準組織(ISO)的【ISO Guide 98-3】所述之方法進行評估。報告中之擴充不確定度 (Expanded uncertainty) 係組合標準不確定度 (Combined standard uncertainty) 與涵蓋因子 (Coverage factor, k) 相對應 95 % 信賴水準之乘積所得。

以下空白

