



台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

名	稱	角度規	品牌／型號／規格	SHINWA-NO19																							
編	號	SM09	允	差	±5%																						
精	度	1°	保	管	單	位	產品部																				
校	驗	類	別	☒ 內校 ☐ 外校		校	驗	週	期	三年																	
				☐ 免校		汰	換	週	期	-																	
送修紀錄																											
送修日		送修原因			完成日		維修單位／人員																				
校驗紀錄																											
校	驗	日	校	驗	單	位	校	驗	內	容	合	格	判	定	判	定	人	預	計	下	次	校	驗	日	期	備	註
106.11.15			無				汰	換			OK			江	冠	毅	107.11.15								-		
107.11.15			內	部			30°	、	45°		OK			江	冠	毅	110.11.15								-		
110.11.15			內	部			30°	、	45°		OK			黃	嘉	鈺	113.11.15								-		
移轉紀錄																											
日	期	移	交	人	移	交	單	位	交	接	人	交	接	單	位	原因備註											
2019/12/9		江	冠	毅	工	程	部		鄧	力	鋼	工	程	部		土城廠遷移樹八廠											
2022/11/2		江	冠	毅	廠	務	部		吳	俊	緯	廠	務	部													



台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

名	稱	角度規	品牌／型號／規格	SHINWA-NO19
編	號	M009	允 差	±5%
精	度	1°	保 管 單 位	產品部
校 驗 類 別	☒ 內校 ☐ 外校		校 驗 週 期	三年
	☐ 免校		汰 換 週 期	-

送修紀錄

送修日	送修原因	完成日	維修單位／人員

校驗紀錄

校 驗 日	校驗單位	校驗內容	合格判定	判定人	預計下次校驗日期	備註
106.11.15	無	汰換	OK	江冠毅	107.11.15	-
107.11.15	內部	30°、45°	OK	江冠毅	110.11.15	-
111.11.2	品保	內校 30°、45°、90°	OK	張弘	114.11.2	

移轉紀錄

日 期	移 交 人	移 交 單 位	交 接 人	交 接 單 位	原因備註
2019/12/9	江冠毅	工程組	鄧力鋼	工程組	土城廠遷移樹八廠



台灣福祉科技有限公司

儀器內校紀錄

名稱	M009 角度規	品牌/型號/規格	SHWNA-NO19
編號	M009	儀器歸屬	☒ 樹八廠 ☐ 土城廠
檢測儀器/量具名稱	30° 45° 角度塊規	允差	±0.3mm
校驗類別	☒ 內校 ☐ 外校	適用區分	☒ 工作檢查用 ☐ 標準/參照用
	☐ 免校	檢測地點	☒ 樹八廠 ☐ 土城廠

內部校驗紀錄

校驗日	校驗單位	校驗內容	判定	判定人	預計下次校驗日期	備註
11/11/2	品保	標準值：30° 1) 實測值：30° 2) 實測值：30° 3) 實測值：30°	OK	zella	11/11/2	
		標準值：45° 1) 實測值：45° 2) 實測值：45° 3) 實測值：45°	OK	zella	11/11/2	
		標準值：90° 1) 實測值：90° 2) 實測值：90° 3) 實測值：90°	OK	zella	11/11/2	
		標準值： 1) 實測值： 2) 實測值： 3) 實測值：				
		標準值： 1) 實測值： 2) 實測值： 3) 實測值：				
		標準值： 1) 實測值： 2) 實測值： 3) 實測值：				

審核：_____

劉威君

經辦：_____

zella



台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

名	稱	角度規	品牌／型號／規格	SHINWA-NO19			
編	號	M009	允	差	10%		
精	度	1°	保	管	單	位	樹八廠
校 驗 類 別	☐ 內校 ☐ 外校		校 驗 週 期				
	☒ 免校		汰 換 週 期		三年		
送修紀錄							
送修日		送修原因		完成日	維修單位／人員		
校驗紀錄							
校 驗 日	校 驗 單 位	校驗內容	合格判定	判定人	預計下次 校驗日期	外校報告 NO.	
106.11.15	無	汰換	OK	江冠毅	107.11.15	NA	
107.11.15	無	汰換	OK	江冠毅	110.11.15	NA	
移轉紀錄							
日 期	移 交 人	移 交 單 位	交 接 人	交 接 單 位	原因備註		
2019/12/09	江冠毅	工程部	鄧力鋼	工程部	土城廠遷移樹八廠		



台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

名	稱	角度規	品 牌 / 型 號 / 規 格	SHINWA-NO19		
編	號	M005	允	差	10%	
精	度	1°	保	管	單	位
校 驗 類 別	☐ 內校 ☐ 外校		校 驗 週 期			
	☒ 免校		汰 換 週 期		三年	
送修紀錄						
送修日		送修原因		完成日		維修單位／人員
校驗紀錄						
校 驗 日	校 驗 單 位	校驗內容	合格判定	判定人	預計下次校驗日期	外校報告 NO.
106.11.15	無	汰換	OK	江冠毅	107.11.15	NA
107.11.15	無	汰換	OK	江冠毅	110.11.15	NA
移轉紀錄						
日 期	移 交 人	移 交 單 位	交 接 人	交 接 單 位	原因備註	



台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

名	稱	角度規	品牌／型號／規格	Shinwa.rules co.,ltd		
編	號	M005	允	差	10%	
精	度	1°	保	管	單	位
校 驗 類 別	☐ 內校 ☐ 外校		校 驗 週 期			
	☒ 免校		汰 換 週 期		一年	
送修紀錄						
送修日		送修原因		完成日	維修單位／人員	
校驗紀錄						
校 驗 日	校 驗 單 位	校驗內容	合格判定	判定人	預計下次校驗日期	外校報告 NO.
106.11.15	無	汰換	OK	江冠毅	107.11.15	NA
107.11.15	無	汰換	OK	江冠毅	108.11.15	NA
移轉紀錄						
日 期	移 交 人	移 交 單 位	交接人	交接單位	原因備註	



台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

名	稱	角度規	品牌／型號／規格	Shinwa.rules co.,ltd		
編	號	M005	允	差	10%	
精	度	1°	保	管	單	位
校 驗 類 別	☐ 內校 ☐ 外校		校 驗 週 期			
	☒ 免校		汰 換 週 期		一年	
送修紀錄						
送修日		送修原因		完成日	維修單位／人員	
校驗紀錄						
校 驗 日	校 驗 單 位	校驗內容	合格判定	判定人	預計下次校驗日期	外校報告 NO.
106.11.15	無	期限內	OK	江冠毅	107.11.15	NA
107.11.15	無	更換新品	OK	江冠毅	108.11.15	NA
移轉紀錄						
日 期	移 交 人	移 交 單 位	交接人	交接單位	原因備註	



台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

名	稱	角度規	品牌／型號／規格	Shinwa.rules co.,ltd		
編	號	M005	允	差	10%	
精	度	1°	保	管	單	位
校 驗 類 別	☐ 內校 ☐ 外校		校 驗 週 期			
	☒ 免校		汰 換 週 期		一年	
送修紀錄						
送修日	送修原因		完成日	維修單位／人員		
校驗紀錄						
校 驗 日	校 驗 單 位	校驗內容	合格判定	判定人	預計下次校驗日期	外校報告 NO.
106.11.15	無	期限內	OK	江冠毅	107.11.15	NA
移轉紀錄						
日 期	移 交 人	移 交 單 位	交接人	交接單位	原因備註	