



台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

名	稱	數位水平尺	品牌／型號／規格		DEVON 大有(9405)											
編	號	M013	允	差	±5%											
精	度	0.1°	保	管	單	位	廠務單位									
校	驗	類	別	☒ 內校 ☐ 外校		校	驗	週	期	-						
				☐ 免校		汰	換	週	期	三年						
送修紀錄																
送修日		送修原因			完成日		維修單位／人員									
校驗紀錄																
校	驗	日	校	驗	機	構	校驗紀錄		判定	判定人	預計下次校驗日期	備註				
2021/9/2				-		新購入		OK	劉威君		2024/9/2					
2022.5.12		郭 林		郭 林		內校		ok	2022.5.12		2022-11-12					
移轉紀錄																
日	期	移	交	人	移	交	單	位	交	接	人	交	接	單	位	原因備註
2021/9/2		劉		威		君		新購入		謝宗憲		廠務單位				



台灣福祉科技有限公司

儀器內校紀錄

名	稱	數位水平尺 50mm	品牌/型號/規格	DEVON 大有		
編	號	M013	儀器歸屬	☐ 樹八廠 ☐ 土城廠		
檢測儀器/量具名稱		14度標準塊規	允差	± 5%		
校驗類別		☒ 內校 ☐ 外校	適用區分	☒ 工作檢查用 ☐ 標準/參照用		
		☐ 免校	檢測地點	☒ 樹八廠 ☐ 土城廠		
內 部 校 驗 紀 錄						
校驗日	校驗單位	校驗內容	判定	判定人	預計下次校驗日期	備註
	NA	標準值：10mm 1) 實測值： 2) 實測值：NA 3) 實測值：	NA		NA	
2022.5.12	品保	標準值：14度 1) 實測值：14° - 13.9° 2) 實測值：14° - 13.8° 3) 實測值：14° - 13.8°		2022.5.12	2022.11.12	
		標準值： 1) 實測值： 2) 實測值： 3) 實測值：				
		標準值： 1) 實測值： 2) 實測值： 3) 實測值：				
		標準值： 1) 實測值： 2) 實測值： 3) 實測值：				
		標準值： 1) 實測值： 2) 實測值： 3) 實測值：				

審核：

經辦：