



台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

名	稱	數位水平尺	品牌／型號／規格	DEVON /9418-D30			
編	號	M033	允	差	-		
精	度	0.1°	保	管	單	位	品管
校 驗 類 別	☒ 內校 ☐ 外校		校 驗 週 期		二年		
	☐ 免校		汰 換 週 期				
送修紀錄							
送修日		送修原因		完成日	維修單位／人員		
校驗紀錄							
校 驗 日	校 驗 單 位	校 驗 內 容	合 格 判 定	判 定 人	預計下次校驗日期	備 註	
111.6.2	HOHGA 實驗室	新品	OK	黃嘉鈺	113.6.2	-	
移轉紀錄							
日 期	移 交 人	移 交 單 位	交 接 人	交 接 單 位	原因備註		

水平尺簡易報告

送校單位：台灣福祉科技有限公司

統一編號：80488974

廠牌型號：DEVON 9418-D30

儀器機號：103398821


報告編號：N

檢驗日期：2022/5/31

本報告共兩張分開無效

===== 校正結果 =====

檢校項目	技術要求	檢校結果
角度 0°, 90°	$\pm 0.05^\circ$	符合
角度 30°	$\pm 0.2^\circ$	符合
角度 45°	$\pm 0.2^\circ$	符合
激光點	$\pm 10\text{mm}@30\text{m}$	無此功能



備註說明:

1. HOHOGA 實驗室校場使用標準件(TAF 國際標準報告)

儀器名稱	雷射經緯儀	儀器廠牌	台灣 HOHOGA
儀器型號	AG-ET2AL	校正日期	2021 年 04 月 12 號
儀器序號	7705028	報告編號	TAF SK21041201A
追溯單位	國家度量衡標準實驗室 TAF:N0688	校正週期	兩年

2. 博世 GIM60L 水平尺

3. 依據檢校儀器使用說明書及技術手冊作檢查與調整校正。

4. 空格內標示 " 符合 " 即表示符合原廠技術要求。

5. 本校正報告僅對此次校正件有效，恕不作保證使用。

HOHOGA 校正實驗室檢校員



HOHOGA TECH. COM. LTD.

