



台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

(Instrument History Card)

名	稱	數位水平尺	品牌／型號／規格	DEVON / 9405												
編	號	SM10	允	差	±5%											
精	度	0.1°	保	管	單	位										
校	驗	類	別	☒ 內校 ☐ 外校		校	驗	週	期	一年-						
				☐ 免校		汰	換	週	期	六年						
送修紀錄																
送修日		送修原因			完成日		維修單位／人員									
校驗紀錄																
校	驗	日	校	驗	單	位	校驗內容		合格判定	判定人	預計下次校驗日期	備註				
2024.6.11		品		管		附件內部校驗紀錄表		OK	黃嘉鈺	2025.6.11						
2025/7/14		品		管		附件內部校驗紀錄表		OK	黃嘉鈺	2026.7.14						
移轉紀錄																
日	期	移	交	人	移	交	單	位	交	接	人	交	接	單	位	原因備註



台灣福祉科技有限公司

儀器內校紀錄

名	稱	數位水平尺	品牌/型號/規格	DEVON / 9405		
編	號	SM 10.	儀器歸屬	樹八廠		
檢測儀器/量具名稱		14°角度塊規	允差	± 5%		
校 驗 類 別	☒ 內校 ☐ 外校		適 用 區 分	☒ 工作檢查用 ☐ 標準/參照用		
	☐ 免校		檢 測 地 點	☒ 樹八廠 ☐ 土城廠		
內 部 校 驗 紀 錄						
校驗日	校驗單位	校驗內容	判定	判定人	預計下次校驗日期	備註
2025. 7. 14.	品質管理	校驗值：0° , 90° 1)實測值：89.9° 89.9 2)實測值：89.7 89.9 3)實測值：89.9 89.7	OK	2025.7.14	2026. 7. 14.	
2025. 7. 14.	品質管理	校驗值：14° 1)實測值：14.0 13.8 2)實測值：14.0 13.7 3)實測值：14.0 14.7	OK	2025.7.14	2026. 7. 14.	
		校驗值： 1)實測值： 2)實測值： 3)實測值：				
		校驗值： 1)實測值： 2)實測值： 3)實測值：				
		校驗值： 1)實測值： 2)實測值： 3)實測值：				

審核：SKY 2025.7.15.

經辦：2025.7.14.