



台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

(Instrument History Card)

名	稱	數位水平尺	品牌／型號／規格	DEVON /9418-D30												
編	號	SM33	允	差	-											
精	度	0.1°	保	管	單	位	品管									
校	驗	類	別	☒ 內校 ☐ 外校		校	驗	週	期	一年						
				☐ 免校		汰	換	週	期	六年						
送修紀錄																
送修日		送修原因			完成日		維修單位／人員									
校驗紀錄																
校	驗	日	校	驗	單	位	校驗內容		合格判定	判定人	預計下次校驗日期	備註				
2024.6.11		品管		附件內部校驗紀錄表			OK		黃嘉鈺	2025.6.11						
2025.7.14		品管		附件內部校驗紀錄表			OK		黃嘉鈺	2026.7.14						
移轉紀錄																
日	期	移	交	人	移	交	單	位	交	接	人	交	接	單	位	原因備註



台灣福祉科技有限公司

儀器內校紀錄

名稱	數位水平尺	品牌/型號/規格	DEVON/9418-D30
編號	SM 33	儀器歸屬	樹八廠
檢測儀器/量具名稱	14°角度塊規	允差	±5%
校驗類別	☒ 內校 ☐ 外校	適用區分	☒ 工作檢查用 ☐ 標準/參照用
	☐ 免校	檢測地點	☒ 樹八廠 ☐ 土城廠

內部校驗紀錄

校驗日	校驗單位	校驗內容	判定	判定人	預計下次校驗日期	備註
2025.7.14	品質部	校驗值：0°，90° 1)實測值：89.9、90 2)實測值：89.7、89.9 3)實測值：89.95、90	OK	2025.7.14	2026.7.14	
2025.7.14	品質部	校驗值：14° 1)實測值：13.9、13.6 2)實測值：13.9、14.0 3)實測值：14.1、14.0	OK	2025.7.14	2026.7.14	
		校驗值： 1)實測值： 2)實測值： 3)實測值：				
		校驗值： 1)實測值： 2)實測值： 3)實測值：				
		校驗值： 1)實測值： 2)實測值： 3)實測值：				

審核：Sky 2025.7.15

經辦：2025.7.14