



台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

名	稱	游標卡尺	品牌／型號／規格	MITUTOYO/300mm			
編	號	TM25	允	差	原 5% 2022.8.31 調整為±0.1mm		
精	度	0.01mm	保	管	單	位	廠務單位
校 驗 類 別	☐ 內校 ☒ 外校		校 驗 週 期		一 年		
	☐ 免校		汰 換 週 期		-		
送修紀錄							
送修日		送修原因		完成日	維修單位／人員		
校驗紀錄							
校 驗 日	校驗機 構	校驗紀錄	判定	判定人	預計下次 校驗日期	備註	
2021/9/2		新購入	OK	劉威君	2022/9/2		
2022/5/19		內校	OK	黃嘉鈺	2022/11/19	送外校	
2022/8/24	CLC	CLL6295-111	OK	黃嘉鈺	2023/8/24		
移轉紀錄							
日 期	移 交 人	移 交 單 位	交 接 人	交 接 單 位	原因備註		
2021/9/2	劉 威 君	新購入	蔡正新	廠務單位			
2022.08.31	允差調整說明：因廠務實際量測值平均於±0.1mm，若校驗值無在允差內，判為汰換，以致修正原允差值±0.02mm。						
2023/7/25					轉工具		



台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

名	稱	游標卡尺	品 牌 / 型 號 / 規 格	MITUTOYO/300mm		
編	號	TM25	允	差	原 5% 2022.8.31 調整為±0.1mm	
精	度	0.01mm	保	管	單	位
校 驗 類 別		☐ 內校 ☒ 外校	校 驗 週 期		一 年	
		☐ 免校	汰 換 週 期		-	
送修紀錄						
送修日		送修原因		完成日	維修單位／人員	
校驗紀錄						
校 驗 日	校驗機 構	校驗紀錄	判定	判定人	預計下次 校驗日期	備註
2021/9/2		新購入	OK	劉威君	2022/9/2	
2022/5/19		內校	OK	黃嘉鈺	2022/11/19	送外校
2022/8/24	CLC	CLL6295-111	OK	黃嘉鈺	2023/8/24	
移轉紀錄						
日 期	移 交 人	移 交 單 位	交 接 人	交 接 單 位	原因備註	
2021/9/2	劉 威 君	新購入	蔡正新	廠務單位		
2022.08.31	允差調整說明：因廠務實際量測值平均於±0.1mm，若校驗值無在允差內，判為汰換，以致修正原允差值±0.02mm。					



台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

名	稱	游標卡尺	品牌／型號／規格	MITUTOYO/300mm								
編	號	M025	允	差	原 5% 2022.8.31 調整為±0.1mm							
精	度	0.01mm	保	管	單	位	廠務單位					
校	驗	類	別	☐ 內校	☒ 外校	校	驗	週	期	一年		
				☐ 免校	汰	換	週	期	-			
送修紀錄												
送修日		送修原因			完成日		維修單位／人員					
校驗紀錄												
校	驗	日	校	驗	機	構	校驗紀錄		判定	判定人	預計下次校驗日期	備註
2021/9/2			新購入		OK	劉威君	2022/9/2					
2022/5/19			內校		OK	黃嘉鈺	2022/11/19		送外校			
2022/8/24		CLC	CLL6295-111		OK	黃嘉鈺	2023/8/24					
移轉紀錄												
日	期	移	交						人	移		
2021/9/2		劉威君	新購入	蔡正新	廠務單位							
2022.08.31		允差調整說明：因廠務實際量測值平均於±0.1mm，若校驗值無在允差內，判為汰換，以致修正原允差值±0.02mm。										

CLC 昭例有限公司
科技檢校中心
Report No: CLL6295-111
DATE: 2022.08.17
DUE DATE:
TEST BY: Ron
S/N: (M025)

CLC 科技檢校中心

CLC Technology Calibration & Testing Center

校正報告

Calibration Report



昭例有限公司
CHAO-LI CO., LTD.
高雄市仁武區京吉七路 55 號
No.55, Jingji 7th Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City
TEL: (07)375-7188 FAX: (07)375-3975
Service No.: CLC1110816-A

Page : 1 of 3
Report No.: CLL6295-111

申請單位: 台灣福祉科技有限公司
Applicant

廠商地址: 新北市樹林區八德街230號
Address

儀器名稱: 游標卡尺
Equipment

製造廠商: Mitutoyo
Manufacturer

校正程序: CL-SCP-L01
Procedure used

型號 / 規格: (0 to 300) mm/0.02 mm
Model/Specification

校正日期: 2022.08.17
Calibration Date

報告日期: 2022.08.24
Report Date

儀器序號: 90061204(M025)
Serial No.

溫度: (20 ± 1) °C 相對濕度: (50 ± 10) %
Temperature Relative Humidity

校正地點: ☒ 送校 ☐ 遊校地點:
Calibration Address send to calibration on-site calibration

校正時使用之標準器 (CLC Standards Employed)

儀器名稱 Equipment	製造廠商 Manufacturer	型號 / 序號 Model / Serial No.
Gauge Block	Mitutoyo	516-115 / 977349
Gauge Block	Mitutoyo	516-115 / 977349
Long Gauge Block	chiyeung	(125 to 300) mm / L-LAB-020
追溯機構 Traceability	報告號碼 Report No.	標準器校正日期 / 有效日期 Calibration Date Due Date
CLC(TAF 0458)	CLC0300-111	2022.03.28 / 2023.03.27
SDI(TAF 0455)	S10902011	2020.02.27 / 2023.02.26
SDI(TAF 0455)	S10902012	2020.03.02 / 2023.03.01

昭例有限公司特此證明本報告內容記載之受校儀器已與上列標準做過比較校正，而校正用之標準器可追溯至中華民國國家度量衡標準實驗室或美國國家標準暨技術研究院或其他國家之國家度量衡標準，本校正系統之運作均符合 ISO/IEC 17025 : 2017 之規定。

CHAO-LI CO., LTD. Hereby certifies that equipment noted herein has been compared with the above listed standards.

The standards used to perform this calibration are traceable to NML/ROC or NIST/USA and other countries.

The calibration system are in compliance with ISO/IEC 17025 : 2017.

本校正報告僅對上述送校儀器之校正項目有效。本校正報告部份複製無效。

The calibration report is valid only to the items calibrated. Reproduced calibration report in partial is not effective.

報告簽署者: 連綿
(Report Signatory)

CLC 科技檢校中心

CLC Technology Calibration & Testing Center

校正報告

Calibration Report

昭俐有限公司

CHAO-LI CO., LTD.

高雄市仁武區京吉七路 55 號

No.55, Jingji 7th Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City

TEL:(07)375-7188 FAX:(07)375-3975

Page : 2 of 3

Report No.: CLL6295-111

校正結果

1. 外徑

標稱值 (mm)	器示值 (mm)	器差值 (mm)	擴充不確定度 (mm)	涵蓋因子 <i>k</i>
0	0.00	0.00	0.03	2.00
25	25.00	0.00	0.03	2.00
50	50.00	0.00	0.03	2.00
100	100.00	0.00	0.03	2.00
150	150.02	0.02	0.03	2.00
200	200.02	0.02	0.03	2.00
250	250.02	0.02	0.03	2.00
300	300.02	0.02	0.03	2.00

2. 內徑

標稱值 (mm)	器示值 (mm)	器差值 (mm)	擴充不確定度 (mm)	涵蓋因子 <i>k</i>
0	0.00	0.00	0.03	2.00
25	25.00	0.00	0.03	2.00
50	50.00	0.00	0.03	2.00
100	100.00	0.00	0.03	2.00
150	150.02	0.02	0.03	2.00
200	200.02	0.02	0.03	2.00
250	250.02	0.02	0.03	2.00
300	300.02	0.02	0.03	2.00

續 下 頁

CLC 科技檢校中心

CLC Technology Calibration & Testing Center

校正報告

Calibration Report

昭俐有限公司

CHAO-LI CO., LTD.

高雄市仁武區京吉七路 55 號

No.55, Jingji 7th Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City

TEL:(07)375-7188 FAX:(07)375-3975

Page : 3 of 3

Report No.: CLL6295-111

校正結果

說明：

1. 本報告書僅對此校正件有效，並請勿分離使用，未獲得本實驗室同意，此校正報告不得摘錄複製，但全文複製除外。
2. Service No. 英文簡稱後七碼數字為收件日期之年、月、日。
3. 校正方式：依本實驗室 CL-SCP-L01(13)卡尺校正程序書。
4. 本報告書已依追溯件器差值採取修正。
5. 校正結果欄位說明：
 - 5.1 標稱值：標準件之標示值。
 - 5.2 器示值：待校件三次量測之平均器示值。
 - 5.3 器差值 = 器示值 - 標稱值。
6. 擴充不確定度：本系統係參考本中心之【卡尺校正系統評估報告 CL-MSVR-L01(17)】及國際標準組織(ISO)的【ISO Guide 98-3】所述之方法進行評估。報告中之擴充不確定度 (Expanded uncertainty) 係組合標準不確定度 (Combined standard uncertainty) 與涵蓋因子 (Coverage factor, k) 相對應 95 % 信賴水準之乘積所得。

以下空白





台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

名	稱	游標卡尺	品牌／型號／規格		MITUTOYO/300cm	
編	號	M025	允	差	5%	
精	度	0.01mm	保	管	單	位
校 驗 類 別		☐ 內校 ☒ 外校	校 驗 週 期		一年	
		☐ 免校	汰 換 週 期		-	
送修紀錄						
送修日	送修原因		完成日	維修單位／人員		
校驗紀錄						
校 驗 日	校驗機構	校驗紀錄	判定	判定人	預計下次校驗日期	備註
2021/9/2		新購入	OK	劉威君	2022/9/2	
2022/5/19		內校	OK	黃嘉鈺	2022/11/19	送外校
移轉紀錄						
日 期	移 交 人	移 交 單 位	交接人	交接單位	原因備註	
2021/9/2	劉 威 君	新購入	蔡正新	廠務單位		




台灣福祉科技有限公司

儀器內校紀錄

名	稱	游標卡尺	品牌／型號／規格	300mm		
編	號	M005	儀器歸屬	☐ 樹八廠 ☒ 土城廠		
檢測儀器/量具名稱		塊規 10mm	允差	±0.3mm		
校 驗 類 別	☒ 內校 ☐ 外校	適用區分	☒ 工作檢查用 ☐ 標準/參照用			
	☐ 免校	檢測地點	☒ 樹八廠 ☐ 土城廠			
內 部 校 驗 紀 錄						
校驗日	校驗單位	校驗內容	判定	判定人	預計下次校驗日期	備註
2022. 5. 19.	品質課	標準值：10mm 1) 實測值：10mm 2) 實測值：10mm 3) 實測值：10mm	OK	2566	2022. 11. 19.	
		標準值： 1)實測值： 2)實測值： 3)實測值：				
		標準值： 1)實測值： 2)實測值： 3)實測值：				
		標準值： 1)實測值： 2)實測值： 3)實測值：				
		標準值： 1)實測值： 2)實測值： 3)實測值：				
		標準值： 1)實測值： 2)實測值： 3)實測值：				

審核：



經辦：





台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

作VOID廢

名	稱	游標卡尺	品牌／型號／規格	MITUTOYO/300cm													
編	號	M025	允	差	5%												
精	度	0.01mm	保	管	單	位											
校	驗	類	別	☐ 內校	☒ 外校	校	驗	週	期	一年							
				☐ 免校	汰	換	週	期	-								
送修紀錄																	
送修日		送修原因			完成日		維修單位／人員										
校驗紀錄																	
校	驗	日	校	驗	機	構	校	驗	紀	錄	判	定	判	定	人	預計下次校驗日期	備註
2021/9/2							新購入				OK		劉威君			2022/9/2	
移轉紀錄																	
日	期	移	交	人	移	交	單	位	交	接	人	交	接	單	位	原因備註	
2021/9/2		劉	威	君	新	購	入		蔡	正	新	廠	務	單	位		