



灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

名	稱	數位水平尺 250mm	品牌／型號／規格		DEVON 大有(9405)							
編	號	M014	允	差	±5%							
精	度	0.1 度	保	管	單	位	廠務單位					
校	驗	類	別	☒ 內校 ☐ 外校		校	驗	週	期	-		
				☐ 免校		汰	換	週	期	三年		
送修紀錄												
送修日		送修原因			完成日		維修單位／人員					
校驗紀錄												
校	驗	日	校	驗	機	構	校驗紀錄		判定	判定人	預計下次校驗日期	備註
2021/9/2						新購入		OK	劉威君		2024/9/2	
2022.5.11		品		保		西校		ok	2519		2022.11.11	
移轉紀錄												
日	期	移	交	人	移	交	單	位	交接人	交接單位	原因備註	
2021/9/2		新		購		入		新購入		林彥辰	廠務單位	



台灣福祉科技有限公司

儀器內校紀錄

名稱	數位水平尺 20mm	品牌	型號/規格	DEVON 大有
編號	M.14	儀器歸屬	☐ 樹八廠 ☒ 土城廠	
檢測儀器/量具名稱	14度標準塊規	允差	± 0.02	
校驗類別	☒ 內校 ☐ 外校	適用區分	☒ 工作檢查用 ☐ 標準/參照用	
	☐ 免校	檢測地點	☒ 樹八廠 ☐ 土城廠	

內部校驗紀錄

校驗日	校驗單位	校驗內容	判定	判定人	預計下次校驗日期	備註
	NA	標準值：10mm 1) 實測值： 2) 實測值： 3) 實測值：NA		NA		NA
2022.5.11	品保	標準值：14度 1) 實測值：14°、13.7° 2) 實測值：14°、13.7° 3) 實測值：14°、13.7°	OK	2022.5.11	2022.11.11	
		標準值： 1) 實測值： 2) 實測值： 3) 實測值：				
		標準值： 1) 實測值： 2) 實測值： 3) 實測值：				
		標準值： 1) 實測值： 2) 實測值： 3) 實測值：				
		標準值： 1) 實測值： 2) 實測值： 3) 實測值：				

審核：

經辦：