



# 台灣福祉科技有限公司

## 儀器履歷表

|            |                                                          |           |          |                                                                    |                                    |             |         |    |     |            |      |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------|----|-----|------------|------|
| 名          | 稱                                                        | 游標卡尺      | 品牌／型號／規格 | MITUTOYO/150mm                                                     |                                    |             |         |    |     |            |      |
| 編          | 號                                                        | M022      | 允        | 差                                                                  | 原 5%<br><b>2022.8.31 調整為±0.1mm</b> |             |         |    |     |            |      |
| 精          | 度                                                        | 0.05mm    | 保        | 管                                                                  | 單                                  | 位           | 廠務單位    |    |     |            |      |
| 校          | 驗                                                        | 類         | 別        | <input type="checkbox"/> 內校 <input checked="" type="checkbox"/> 外校 |                                    | 校           | 驗       | 週  | 期   | 一年         |      |
|            |                                                          |           |          | <input type="checkbox"/> 免校                                        |                                    | 汰           | 換       | 週  | 期   | -          |      |
| 送修紀錄       |                                                          |           |          |                                                                    |                                    |             |         |    |     |            |      |
| 送修日        |                                                          | 送修原因      |          |                                                                    | 完成日                                |             | 維修單位／人員 |    |     |            |      |
|            |                                                          |           |          |                                                                    |                                    |             |         |    |     |            |      |
|            |                                                          |           |          |                                                                    |                                    |             |         |    |     |            |      |
| 校驗紀錄       |                                                          |           |          |                                                                    |                                    |             |         |    |     |            |      |
| 校          | 驗                                                        | 日         | 校        | 驗                                                                  | 機                                  | 校驗紀錄        |         | 判定 | 判定人 | 預計下次校驗日期   | 備註   |
|            |                                                          | 2021/9/2  |          |                                                                    |                                    | 新購入         |         | OK | 劉威君 | 2022/9/2   |      |
|            |                                                          | 2022/4/11 |          |                                                                    |                                    | 內校          |         | OK | 黃嘉鈺 | 2022/10/11 | 送外校  |
|            |                                                          | 2022/8/24 | CLC      |                                                                    |                                    | CLL6296-111 |         | OK | 黃嘉鈺 | 2023/8/24  |      |
|            |                                                          |           |          |                                                                    |                                    |             |         |    |     |            |      |
|            |                                                          |           |          |                                                                    |                                    |             |         |    |     |            |      |
|            |                                                          |           |          |                                                                    |                                    |             |         |    |     |            |      |
| 移轉紀錄       |                                                          |           |          |                                                                    |                                    |             |         |    |     |            |      |
| 日          | 期                                                        | 移         | 交        | 人                                                                  | 移                                  | 交           | 單       | 位  | 交接人 | 交接單位       | 原因備註 |
| 2021/9/2   |                                                          | 劉         | 威        | 君                                                                  | 新                                  | 購           | 入       |    | 謝元翔 | 廠務單位       |      |
| 2022.08.31 | 允差調整說明：因廠務實際量測值平均於±0.1mm，若校驗值無在允差內，判為汰換，以致修正原允差值±0.02mm。 |           |          |                                                                    |                                    |             |         |    |     |            |      |
|            |                                                          |           |          |                                                                    |                                    |             |         |    |     |            |      |
|            |                                                          |           |          |                                                                    |                                    |             |         |    |     |            |      |
|            |                                                          |           |          |                                                                    |                                    |             |         |    |     |            |      |
|            |                                                          |           |          |                                                                    |                                    |             |         |    |     |            |      |

CLC 昭俐有限公司  
科技檢校中心  
CHAO-LI Technology Calibration & Testing Center  
Report No.: CLL6296-111  
DATE: 2022.08.17  
DUE DATE:  
TEST BY: Ron  
S/N: (M022)

# CLC 科技檢校中心

CLC Technology Calibration & Testing Center



## 校正報告 Calibration Report

昭俐有限公司  
CHAO-LI CO., LTD.

高雄市仁武區京吉七路 55 號  
No. 55, Jingji 7th Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City  
TEL: (07)375-7188 FAX: (07)375-3975

Service No.: CLC1110816-A

Page : 1 of 2  
Report No.: CLL6296-111

申請單位 : 台灣福祉科技有限公司  
Applicant

廠商地址 : 新北市樹林區八德街230號  
Address

儀器名稱 : 游標卡尺  
Equipment

製造廠商 : Mitutoyo  
Manufacturer

校正程序 : CL-SCP-L01  
Procedure used

型號 / 規格 : 530-104 / (0 to 150) mm/0.05 mm  
Model/Specification

校正日期 : 2022.08.17  
Calibration Date

報告日期 : 2022.08.24  
Report Date

儀器序號 : 19161906(M022)  
Serial No.

溫度 : (20 ± 1) °C 相對濕度 : (50 ± 10) %  
Temperature Relative Humidity

校正地點 : ☒送校 ☐遊校地點 :  
Calibration Address send to calibration on-site calibration

### 校正時使用之標準器 (CLC Standards Employed)

| 儀器名稱<br>Equipment    | 製造廠商<br>Manufacturer | 型號 / 序號<br>Model / Serial No.               |
|----------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| Gauge Block          | Mitutoyo             | 516-115 / 977349                            |
| Gauge Block          | Mitutoyo             | 516-115 / 977349                            |
| 追溯機構<br>Traceability | 報告號碼<br>Report No.   | 標準器校正日期 / 有效日期<br>Calibration Date Due Date |
| CLC(TAF 0458)        | CLC0300-111          | 2022.03.28 / 2023.03.27                     |
| SDI(TAF 0455)        | S10902011            | 2020.02.27 / 2023.02.26                     |

昭俐有限公司特此證明本報告內容記載之受校儀器已與上列標準做過比較校正，而校正用之標準器可追溯至中華民國國家度量衡標準實驗室或美國國家標準暨技術研究院或其他國家之國家度量衡標準，本校正系統之運作均符合 ISO/IEC 17025 : 2017 之規定。

CHAO-LI CO., LTD. Hereby certifies that equipment noted herein has been compared with the above listed standards.

The standards use to perform this calibration are traceable to NML/ROC or NIST/USA and other countries.

The calibration system are in compliance with ISO/IEC 17025 : 2017.

本校正報告僅對上述送校儀器之校正項目有效。本校正報告部份複製無效。

The calibration report is valid only to the items calibrated. Reproduced calibration report in partial is not effective.

報告簽署者 :  
(Report Signatory)

連綿

# CLC 科技檢校中心

CLC Technology Calibration & Testing Center

## 校正報告

Calibration Report

昭俐有限公司

CHAO-LI CO., LTD.

高雄市仁武區京吉七路 55 號

No.55, Jingji 7th Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City

TEL:(07)375-7188 FAX:(07)375-3975

Page : 2 of 2

Report No.: CLL6296-111

## 校正結果

### 1. 外徑

| 標稱值<br>(mm) | 器示值<br>(mm) | 器差值<br>(mm) | 擴充不確定度<br>(mm) | 涵蓋因子<br>$k$ |
|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| 0           | 0.00        | 0.00        | 0.05           | 1.97        |
| 25          | 25.00       | 0.00        | 0.05           | 1.97        |
| 50          | 50.00       | 0.00        | 0.05           | 1.97        |
| 100         | 100.00      | 0.00        | 0.05           | 1.97        |
| 150         | 150.00      | 0.00        | 0.05           | 1.97        |

### 2. 內徑

| 標稱值<br>(mm) | 器示值<br>(mm) | 器差值<br>(mm) | 擴充不確定度<br>(mm) | 涵蓋因子<br>$k$ |
|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| 0           | 0.00        | 0.00        | 0.05           | 1.97        |
| 25          | 25.00       | 0.00        | 0.05           | 1.97        |
| 50          | 50.00       | 0.00        | 0.05           | 1.97        |
| 100         | 100.00      | 0.00        | 0.05           | 1.97        |
| 150         | 150.00      | 0.00        | 0.05           | 1.97        |

說明：

1. 本報告書僅對此校正件有效，並請勿分離使用，未獲得本實驗室同意，此校正報告不得摘錄複製，但全文複製除外。

2. Service No. 英文簡稱後七碼數字為收件日期之年、月、日。

3. 校正方式：依本實驗室 CL-SCP-L01(13)卡尺校正程序書。

4. 本報告書已依追溯件器差值採取修正。

5. 校正結果欄位說明：

5.1 標稱值：標準件之標示值。

5.2 器示值：待校件三次量測之平均器示值。

5.3 器差值 = 器示值 - 標稱值。

6. 擴充不確定度：本系統係參考本中心之【卡尺校正系統評估報告

CL-MSVR-L01(17)】及國際標準組織(ISO)的【ISO Guide 98-3】所述之方法進行評估。報告中之擴充不確定度 (Expanded uncertainty) 係組合標準不確定度 (Combined standard uncertainty) 與涵蓋因子 (Coverage factor,  $k$ ) 相對應 95 % 信賴水準之乘積所得。



以下空白