



台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

名	稱	數位水平尺	品牌／型號／規格		DEVON 大有											
編	號	M015	允	差	±5%											
精	度	0.1°	保	管	單	位										
校	驗	類	別	☒ 內校 ☐ 外校		校	驗	週	期	-						
				☐ 免校		汰	換	週	期	三年						
送修紀錄																
送修日		送修原因			完成日		維修單位／人員									
校驗紀錄																
校	驗	日	校	驗	機	構	校驗紀錄		判定	判定人	預計下次校驗日期	備註				
2021/9/2			-				新購入		OK	劉威君	2024/9/2					
2022.5.11			品保				內校		OK	2022/11/11	2022.11.11					
移轉紀錄																
日	期	移	交	人	移	交	單	位	交	接	人	交	接	單	位	原因備註
2021/9/2		劉	威	君	新	購	入		蔡	正	新	廠	務	單	位	



台灣福祉科技有限公司

儀器內校紀錄

名稱	數位水平尺 25mm	品牌/型號/規格	DEVON 大有
編號	M015	儀器歸屬	☐ 樹八廠 ☒ 土城廠
檢測儀器/量具名稱	14度標準塊規	允差	$\pm 5\%$
校驗類別	☒ 內校 ☐ 外校	適用區分	☒ 工作檢查用 ☐ 標準/參照用
	☐ 免校	檢測地點	☒ 樹八廠 ☒ 土城廠

內部校驗紀錄

校驗日	校驗單位	校驗內容	判定	判定人	預計下次校驗日期	備註
NA		標準值：10mm 1) 實測值： 2) 實測值：NA 3) 實測值：	NA	NA	NA	
2022.5.11.	品保	標準值：14度 1) 實測值：14° 13.9° 2) 實測值：13.9° 14° 3) 實測值：14° 14°	OK.	ada	2022.11.11.	
		標準值： 1) 實測值： 2) 實測值： 3) 實測值：				
		標準值： 1) 實測值： 2) 實測值： 3) 實測值：				
		標準值： 1) 實測值： 2) 實測值： 3) 實測值：				
		標準值： 1) 實測值： 2) 實測值： 3) 實測值：				

審核：

經辦：

