

台灣福祉科技有限公司
儀器履歷表

(Instrument History Card)

名	稱	特級捲尺	品牌／型號／規格		KDS 株式會社 JIS 1 級 型號：S16-55NK SP 規格：16 吋 5.5m																
編	號	SM37	允	差	±5mm																
精	度	高精度±0.2mm 以內	保	管	單	位	品保														
校	驗	類	別	☐ 內校 ☒ 外校		校	驗	週	期	一年											
				☐ 免校		汰	換	週	期	五年											
送修紀錄																					
送修日		送修原因			完成日		維修單位／人員														
校驗紀錄																					
校	驗	日	校	驗	單	位	校		驗	內	容	合	格	判	定	判	定	人	預計下次 校驗日期	備	註
2024.09.13			CLC				CLL08722-113					OK				黃嘉鈺		2025.09.13		TAF	
2025.09.16			CLC				CLL09485-114					OK				黃嘉鈺		2026.09.16		TAF	
移轉紀錄																					
日	期	移	交	人	移	交	單	位	交	接	人	交	接	單	位	原因備註					

校正報告

Calibration Report

昭俐有限公司

CHAO-LI CO., LTD.

高雄市仁武區京吉七路 55 號

No.55, Jingji 7th Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City

TEL:(07)375-7188 FAX:(07)375-3975

Page : 1 of 2

Report No.: CLL09485-114



Service No.: CLC1140905-H

申請單位 :

Applicant 台灣福祉科技有限公司

廠商地址 :

Address 新北市樹林區八德街230號

儀器名稱 :

Equipment 捲尺

製造廠商 :

Manufacturer KDS

校正程序 :

Procedure used CL-SCP-L35

型號 / 規格 : S16-55NK SP / JIS 1級 / 5.5 m

Model/Specification

校正日期 : 2025.09.16

Calibration Date

報告日期 : 2025.09.16

Report Date

儀器序號 : (SM37)

Serial No.

溫度 :

Temperature

(20 ± 2)

°C 相對濕度 :

Relative Humidity

(50 ± 15)

%

校正地點 :

Calibration Address ☒ 送校 ☐ 遊校地點 :

send to calibration

on-site calibration

校正時使用之標準器 (CLC Standards Employed)

儀器名稱 Equipment	製造廠商 Manufacturer	型號 / 序號 Model / Serial No.
Standard Tape	Jingsi	JSBC-5 / 5 m / 230312
追溯機構 Traceability	報告號碼 Report No.	標準器校正日期 / 有效日期 Calibration Date Due Date
CLC(TAF 0458)	CLC0688-114	2025.07.23 / 2026.07.22

昭俐有限公司特此證明本報告內容記載之受校儀器已與上列標準做過比較校正，而校正用之標準器可追溯至中華民國國家度量衡標準實驗室或美國國家標準暨技術研究院或其他國家之國家度量衡標準，本校正系統之運作均符合 ISO/IEC 17025 : 2017 之規定。

CHAO-LI CO., LTD. Hereby certifies that equipment noted herein has been compared with the above listed standards.

The standards use to perform this calibration are traceable to NML/ROC or NIST/USA and other countries.

The calibration system are in compliance with ISO/IEC 17025 : 2017.

本校正報告僅對上述送校儀器之校正項目有效。本校正報告部份複製無效。

The calibration report is valid only to the items calibrated. Reproduced calibration report in partial is not effective.

報告簽署者 :

(Report Signatory)

連綿

CLC 科技檢校中心

CLC Technology Calibration & Testing Center

校正報告

Calibration Report

昭俐有限公司

CHAO-LI CO., LTD.

高雄市仁武區京吉七路 55 號

No.55, Jingji 7th Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City

TEL: (07)375-7188 FAX: (07)375-3975

Page : 2 of 2

Report No.: CLL09485-114

校正結果

1. 刻度

標稱值 (mm)	量測值 (mm)	器差值 (mm)	擴充不確定度 (mm)	涵蓋因子 k
0	歸零			
1000	1000.09	0.09	0.12	1.98
2000	2000.10	0.10	0.12	1.98
3000	3000.05	0.05	0.12	1.98
4000	4000.00	0.00	0.12	1.98
5500	5499.96	-0.04	0.30	1.98

說明：

1. 本報告書僅對此校正件有效，並請勿分離使用，未獲得本實驗室同意，此校正報告不得摘錄複製，但全文複製除外。
2. Service No. 英文簡稱後七碼數字為收件日期之年、月、日。
3. 校正方式：依本實驗室 CL-SCP-L35(5)捲尺校正程序書。
4. 本報告書已依追溯件器差值採取修正。
5. 校正結果欄位說明：
 - 5.1 標稱值：待校件之標示值。
 - 5.2 量測值：標準件對待校件三次量測之平均值。
 - 5.3 器差值 = 量測值 - 標稱值。
6. 擴充不確定度：本系統係參考本中心之【捲尺(比對)校正系統評估報告 CL-MSVR-L35-1(1)】及國際標準組織(ISO)的【ISO Guide 98-3】所述之方法進行評估。報告中之擴充不確定度 (Expanded uncertainty) 係組合標準不確定度 (Combined standard uncertainty) 與涵蓋因子 (Coverage factor, k) 相對應 95 % 信賴水準之乘積所得。

以下空白

