penta

RO-14-11-r3 **CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**

Datos del cliente

INGENIO RIO GRANDE
Planta: INGENIO RIO GRANDE
RECONQUISTA S/N
Codigo postal: 4522
LA MENDIETA
ARGENTINA



N° de certificado: **7196** | Tipo de Calibración: **(B) Con producto en condiciones simuladas en fabrica/planta** | Emisión: **08/04/2026** | Recalibración Recomendada: **07/04/2027** | Ejecutó: **CARLOS DALCHERO**

EQUIPO

Perteneciente a la línea de producción **EMBOLSADO DE 50 KG. DEPOSITO 1**

Datos del equipo					
Marca	PENTA	**Modelo**	FLEX DSP	**N° de Serie**	20334
Alto	300	**Ancho**	700	**Diametro**	-
Cabezal Remoto	no	**IP**	54	**Año de Fabricacion**	2011
Velocidad	0,42 MTS/S	**Inclinacion**	HORIZONTAL	**Descarte**	Parada y alarma

CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA

	Nro Serie	Hardware	Firmware
HDSP	3394	16	11.01
HDISP	3065	6	11
Fuente	1726	4	na
Modlan	1577	2.0	2.0

Frecuencia (khz)	192	Balance	15	Fase	0
Sensibilidad	95	Sens. Max.	100	Sens. Min.	93

PRODUCTOS

Producto 1				
Producto	Presentacion / envoltura	Dimensiones	Produccion / hora	Peso
EMBOLSADO 50 KG Y 25 KG	PLASTICO, PAPEL O CARTON	200mm x 450mm x 700mm	*	25 KG / 50 KG

TABLA DE RESULTADOS

Detección					
NOMBRE	MAGNITUD	FASE	FE (mm)	NoFE (mm)	Inox (mm)
AZUCAR	308	19.9	3	4	4

Configuración					
NOMBRE	TI%X	TI%Y	GX	GY	RotD
AZUCAR	100	100	63	95	19.4

PATRONES UTILIZADOS

Probetas Patron				
Tipo	Medida	Certificado	Magnitud	Fase
Fe	3	289091B	381	19.7
NoFe	4	311386E	383	31.3
Inox	4	325216B	236	19.1

Instrumento	Modelo y ID de equipo
Multímetro	UNI-T UT136B+ (DM226)
Osciloscopio	Owon HDS1022M-N (OSC118)

SISTEMA DE DESCARTE

	Configuración PLC y Timers	Retardo	Duración
OUT 1	NC	1.2	0,5
OUT 2	NO	0	1
OUT 3	NO	0	1.0
IN 1	OP	N/A	N/A
IN 2	OP	N/A	N/A
IN 3	OP	N/A	N/A

OBSERVACIONES

El equipo detecto correctamente los patrones del cliente: FE 3.0mm 107732A NoFe 4.0mm 107129E Inox 4.0mm 221972B. *: Informacion proporcionada por el cliente

NOTAS

EL PRESENTE CERTIFICADO HA SIDO REALIZADO POR PERSONAL AUTORIZADO POR **PENTA S.A.**

EL MISMO SE ADECUA A LAS EXIGENCIAS NORMATIVAS RELATIVAS A INOCUIDAD ALIMENTARIA.

EMITIDO SEGUN IT-14-07 | CALIBRACIÓN DE DETECTOR DE METALES INDUSTRIAL.

EL CERTIFICADO DE LA PROBETA PATRÓN LO PUEDE DESCARGAR DESDE LA SIGUIENTE URL:

www.detectorespenta.com/certificados/probetas

EL CERTIFICADO DE LOS INSTRUMENTOS PATRONES UTILIZADOS LO PUEDE DESCARGAR DESDE LA SIGUIENTE URL:

www.detectorespenta.com/certificados/instrumentos



penta

Pedro Pico 2561 | B8000KBG | Bahía Blanca
Tel / Fax: +54 291 455 03 11 | Bs. A. +54 11 5353 9847

info@pentasa.com.ar
www.pentasa.com.ar