penta

RO-14-11-r3 **CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**

Datos del cliente

INGENIO RIO GRANDE
Planta: INGENIO RIO GRANDE
RECONQUISTA S/N
Codigo postal: 4522
LA MENDIETA
ARGENTINA



N° de certificado: **7198** | Tipo de Calibración: **(A) Con producto en condiciones reales en planta** | Emisión: **08/04/2026** | Recalibración Recomendada: **07/04/2027** | Ejecutó: **CARLOS DALCHERO**

EQUIPO

Perteneciente a la línea de producción **BIG-BAG**

Datos del equipo					
Marca	PENTA	**Modelo**	FLEX DSP	**N° de Serie**	20731
Alto	-	**Ancho**	220 RADIO	**Diametro**	-
Cabezal Remoto	no	**IP**	54	**Año de Fabricacion**	2015
Velocidad	CAIDA LIBRE	**Inclinacion**	VERTICAL	**Descarte**	Clapeta

CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA

	Nro Serie	Hardware	Firmware
HDSP	2120	11	8.2
HDISP	2103	4	8.2
Fuente	2987	4.0	na
Modlan	1881	2.0	

Frecuencia (khz)	294	Balance	5	Fase	8
Sensibilidad	95	Sens. Max.	95	Sens. Min.	78

PRODUCTOS

Producto 1				
Producto	Presentacion / envoltura	Dimensiones	Produccion / hora	Peso
Azucar	A granel	N/Amm x N/Amm x N/Amm	*	N/A

TABLA DE RESULTADOS

Detección					
NOMBRE	MAGNITUD	FASE	FE (mm)	NoFE (mm)	Inox (mm)
Azucar	550	183	1.5	2.0	2.0

Configuración					
NOMBRE	TI%X	TI%Y	GX	GY	RotD
Azucar	150	150	40	95	182

PATRONES UTILIZADOS

Probetas Patron				
Tipo	Medida	Certificado	Magnitud	Fase
Fe	1.5	329569D	227	148
NoFe	2	315690A	431	213
Inox	2	294165A	116	17

Instrumento	Modelo y ID de equipo
Multímetro	UNI-T UT136B+ (DM226)
Osciloscopio	Owon HDS1022M-N (OSC118)

SISTEMA DE DESCARTE

	Configuración PLC y Timers	Retardo	Duración
OUT 1	NO	0	3.0
OUT 2	OP	0	0
OUT 3	OP	0	2
IN 1	OP	N/A	N/A
IN 2	OP	N/A	N/A
IN 3	OP	N/A	N/A

OBSERVACIONES

El equipo detecto correctamente los patrones del cliente: FE 1.5mm 117274A NoFe 2.0mm 118328DI Inox 2.0mm 162040A. *: Informacion proporcionada por el cliente

NOTAS

EL PRESENTE CERTIFICADO HA SIDO REALIZADO POR PERSONAL AUTORIZADO POR **PENTA S.A.**

EL MISMO SE ADECUA A LAS EXIGENCIAS NORMATIVAS RELATIVAS A INOCUIDAD ALIMENTARIA.

EMITIDO SEGUN IT-14-07 | CALIBRACIÓN DE DETECTOR DE METALES INDUSTRIAL.

EL CERTIFICADO DE LA PROBETA PATRÓN LO PUEDE DESCARGAR DESDE LA SIGUIENTE URL:

www.detectorespenta.com/certificados/probetas

EL CERTIFICADO DE LOS INSTRUMENTOS PATRONES UTILIZADOS LO PUEDE DESCARGAR DESDE LA SIGUIENTE URL:

www.detectorespenta.com/certificados/instrumentos



penta

Pedro Pico 2561 | B8000KBG | Bahía Blanca
Tel / Fax: +54 291 455 03 11 | Bs. A. +54 11 5353 9847

info@pentasa.com.ar
www.pentasa.com.ar