HOJA DE MONITORIZACIÓN VENTILATORIA

Registro de parámetros ventilatorios — Ventilación mecánica invasiva (VMI)

Hospital Hanga Roa
Servicio de Hospitalizados

Paciente	**RUT**	**Fecha ingreso** ____ / ____ / _____	**Vt de referencia de este paciente (mL)** 4 mL/kg _____ 5 _____ 6 _____ 7 _____ 8 _____	**Hoja** ____ de ____
Fecha actual ____ / ____ / _____	**Talla** _____ cm	**Peso ideal** _____ kg		

PARÁMETROS VENTILATORIOS Y MECÁNICA RESPIRATORIA

Hora	Modo	FR pac. / prog.	Vt (mL) esp. / prog.	Vm (L/min)	PEEP	I:E	Ppeak	Pplat	ΔP	CEST (mL/cmH₂O)	EtCO₂	TET * (cm)	Cuff † (cmH₂O)	FiO₂ (%)	SpO₂ (%)		Hora GSA	PaO₂	PCO₂	pH	PAFI	Funcionario

***** **TET (cm):** marca del tubo endotraqueal medida a nivel de la comisura labial. Usar siempre la misma referencia.

† **Cuff:** si al medir está fuera de rango y se corrige, anotar ambos valores con flecha — por ejemplo 15 → 25. Un solo número significa medido y sin cambio.

VALIDACIÓN DE CONFIGURACIÓN Y ALARMAS

Ítem de validación	TURNO LARGO	TURNO NOCHE
1. Modo y parámetros ventilatorios coinciden con la indicación médica vigente	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No
2. Umbrales de alarma configurados / verificados	☐ **Sugeridos** Otro: Vt _____ Vm _____ Apnea _____ Ppeak _____	☐ **Sugeridos** Otro: Vt _____ Vm _____ Apnea _____ Ppeak _____
Profesional	Nombre y firma: _____ H: _____	Nombre y firma: _____ H: _____

TABLA 1. SELECCIÓN DEL VOLUMEN CORRIENTE (Vt) SEGÚN PESO IDEAL Y SEXO

VARONES							MUJERES						
Talla	Peso ideal	Vt (mL) según mL/kg de peso ideal					Talla	Peso ideal	Vt (mL) según mL/kg de peso ideal				
		4	5	6	7	8			4	5	6	7	8
145	43,3	173	217	260	303	346	140	34,2	137	171	205	239	274
150	47,8	191	239	287	335	383	145	38,8	155	194	233	272	310
155	52,4	209	262	314	367	419	150	43,3	173	217	260	303	347
160	56,9	228	285	341	398	455	155	47,9	191	240	287	335	383
165	61,5	246	308	369	431	492	160	52,4	210	262	314	367	419
170	66,0	264	330	396	462	528	165	57,0	228	285	342	399	456
175	70,6	282	353	423	494	565	170	61,5	246	308	369	431	492
180	75,1	300	376	451	526	601	175	66,1	264	331	396	463	529
185	79,7	319	399	478	558	637	180	70,6	282	353	424	494	565
190	84,2	337	421	505	589	674	185	75,2	301	376	451	526	601

Talla en cm · Peso ideal (predicho) en kg. Las columnas 4, 6 y 8 mL/kg reproducen la tabla de referencia publicada; las columnas 5 y 7 mL/kg se calcularon sobre el mismo peso ideal. Diferencias de ±1 mL respecto de un cálculo propio provienen del redondeo del peso ideal a un decimal y no tienen relevancia clínica.

METAS, CÁLCULOS Y CONFIGURACIÓN

METAS DE PROTECCIÓN PULMONAR

Volumen corriente. Vt 6 mL/kg de peso ideal como punto de partida, ajustable en el rango 4–8 mL/kg. Se calcula sobre peso ideal, nunca sobre peso real: la talla determina el tamaño del pulmón, el peso actual no.

Presión meseta. Pplat ≤ 30 cmH_2O. Refleja la presión alveolar al final de la inspiración.

Driving pressure. ΔP ≤ 15 cmH_2O. Relaciona el Vt entregado con la compliance real del pulmón ventilable.

Oxigenación. SpO_2 92–96 %, o la meta individual definida para el paciente en la indicación médica.

Presión del cuff. 20–30 cmH_2O. Por debajo hay riesgo de filtración; por encima, de isquemia de la mucosa traqueal. Si al medir está fuera de rango y se corrige, registrar ambos valores separados por flecha (por ejemplo 15 → 25). Un solo número significa medido y sin cambio.

CÁLCULOS

Driving pressure (ΔP) = Pplat − PEEP.

Compliance estática (CEST) = Vt / (Pplat − PEEP), en mL/cmH_2O. Requiere el mismo par de presiones que ΔP, medidas en la misma pausa.

PAFI = PaO_2 / FiO_2, con la FiO_2 expresada en decimal (50 % = 0,5) y tomada al momento de la muestra.

Pplat. Presión meseta: se obtiene con pausa inspiratoria en modo A/C VC, con el paciente sin esfuerzo respiratorio activo. Si el paciente gatilla o lucha contra el ventilador, el valor no es interpretable.

MODOS

A/C VC. Asistido/controlado por volumen.

A/C PC. Asistido/controlado por presión.

PS. Presión soporte.

ALARMAS EN ADULTO — valores iniciales sugeridos

Vt bajo 250 mL

Vm bajo 5 L/min

Apnea 15 s

Ppeak alta 35 cmH_2O

Uso en el checklist. Si los umbrales configurados coinciden con los anteriores, marcar “Sugeridos”. Si se apartan de ellos, no marcar y registrar en la línea “Otro” los valores efectivamente programados.

SIGLAS

FR frecuencia respiratoria

Vt volumen corriente

Vm volumen minuto

PEEP presión positiva al final de espiración

Ppeak presión pico

GSA gases en sangre arterial