



# UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

Facultad de Salud Pública y Administración  
“Carlos Vidal Layseca”

## EPIDEMIOLOGIA I

### Taller 5: Sensibilidad y Especificidad de Pruebas Diagnósticas Parte II

Para incrementar la especificidad de una prueba, las personas que obtienen un resultado positivo en una primera prueba, deben ser evaluadas nuevamente para confirmar su resultado, mediante una prueba “confirmatoria”. Sólo los casos que obtienen un resultado positivo en ambas pruebas se consideran como casos positivos. A este procedimiento se le denomina el uso de **pruebas secuenciales**.

El otro escenario es el del uso de **pruebas simultáneas**. Este procedimiento consiste en hacer dos pruebas al mismo tiempo, sin esperar el resultado de una de las pruebas antes de realizar la otra. Si alguna de las dos pruebas es positiva, entonces se considera como un caso positivo. No obstante, el sujeto debe obtener un resultado negativo en ambas pruebas para ser considerado como un negativo. Este método de tamizaje incrementa la sensibilidad neta de ambas pruebas.

Ahora, considere un escenario de pruebas secuenciales en hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y en donantes de sangre a la Cruz Roja, en el cual se use inicialmente la prueba rápida descrita anteriormente y posteriormente se use el Western Blot como prueba “confirmatoria”. Asuma que ambas poblaciones (HSH y donantes de la Cruz Roja) tienen se componen por 10,000 individuos.

5. Después de recibir la prueba rápida, ¿cuántos HSH y cuántos donantes de sangre a la Cruz Roja pasarían al Western Blot? Para este ejercicio, asuma que la sensibilidad de la prueba rápida es del 99.9% y la especificidad es del 99.8%.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
6. De los enviados a la prueba de Western Blot, ¿cuántos saldrán “positivos” después del Western Blot? Asuma que la sensibilidad del Western Blot es del 99.9% y la especificidad es del 99.9%

**7. ¿Cuál es la sensibilidad neta de ambas pruebas?**

**8. ¿Cuál es la especificidad neta de ambas pruebas?**

**9. Si hacemos las pruebas de manera simultánea, ¿Cómo esperaríamos que varíen la sensibilidad y especificidad netas de aplicar ambas pruebas en relación a los valores obtenidos al aplicar las pruebas en forma secuencial en el ejercicio anterior?**