



FECHA 02/09/2020_____

REVISIÓN VISUAL Y AUDITIVA DEL AUDÍFONO

Programa DE Seguimiento del uso de Audífonos GES 56
Universidad Austral de Chile
Hospital de Puerto Montt

NOMBRE: Miguel Alejandro Bosé Castro_____

DIRECCION: Los Aromos #515, Puerto Montt_____

TELEFONO: 979679600/ 982308332_____ EDAD:66 años_____

MARCA AUDIFONO: Unitron_____

MODELO AUDIFONO: Next 8_____

FECHA DE ADAPTACION: 2 años_____

¿EN QUE OIDO USA EL AUDIFONO? Oído izquierdo_____

USO DE AUDIFONOS ANTERIORES AL ACTUAL: No_____

MANEJO DEL AUDIFONO: a cada pregunta contestar sí o no

- 1.- Sabe el manejo del audífono:
- 2.- Sabe manejar los controles:
- 3.- Sabe manejar el molde del audífono:
- 4.- Sabe limpiar el audífono:
- 5.- Sabe colocar las pilas:
- 6.- Sabe cuándo la pila esta descargada

SI	NO
SI	NO
SI	NO
SI	NO
SI	NO
SI	NO

REVISIÓN VISUAL: a cada pregunta contestar como bueno o malo

MOLDE:

- 1.- ¿En qué estado se encuentra el molde auditivo?:
- 2.- Limpieza del molde auditivo:
- 3.- ¿Cómo se observa la adaptación del molde?:
- 4.- Conexión con el audífono:

BUENO	MALO
BUENO	MALO
BUENO	MALO
BUENO	MALO

AUDIFONO:

- 1.- Estado de la carcasa:
- 2.- Estado del orificio del micrófono:
- 3.- Estado de los interruptores:
- 4.- Movimiento del control de volumen:
- 5.- Posición de los controles externos:

BUENO	MALO
BUENO	MALO
BUENO	MALO
BUENO	MALO
BUENO	MALO

PILAS:

- 1.- Posición de las pilas:
- 2.- Limpieza de los contactos:
- 3.- Carga de las pilas:

☒ BUENO
☒ BUENO
☒ BUENO

☐ MALO
☐ MALO
☐ MALO

REVISIÓN ACÚSTICA: a cada pregunta contestar sí o no

- 1.- Amplificación intermitente:
- 2.- Sonido nítido:
- 3.- Produce ruido al girar el control de volumen:
- 4.- Presenta retroalimentación:

☐ SI
☒ SI
☐ SI
☐ SI

☒ NO
☐ NO
☒ NO
☒ NO

CONCLUSIÓN: Mala adherencia al tratamiento con audífono por alteración en molde auditivo y poco conocimiento del audífono. Se observa poco manejo en términos de limpieza del molde, se educa y refuerza contenidos respecto al uso y limpieza del audífono. Se deriva a médico ORL para control auditivo y nuevo audífono, de igual forma se deriva a Auditrón por un audífono que se ajuste correctamente al paciente. Se cita a control en 2 semanas para reevaluar._____

_____.

TM ORL Geovana Casanova

TECNOLOGO MEDICO ORL

Al. TM. ORL IV: Isadora Salas Herrmann