



FECHA: 28/08/2020_____

REVISIÓN VISUAL Y AUDITIVA DEL AUDÍFONO

Programa DE Seguimiento del uso de Audífonos GES 56

Universidad Austral de Chile

Hospital de Puerto Montt

NOMBRE: Ricardo Felipe Saez Guzmán_____

DIRECCION: Calle pacifico 489 población libertad_____

TELEFONO: 955317337_____ EDAD: 77 años_____

MARCA AUDIFONO: Unitron_____

MODELO AUDIFONO: BTE_____

FECHA DE ADAPTACION: Diciembre 2017_____

¿EN QUE OIDO USA EL AUDIFONO? OD_____

USO DE AUDIFONOS ANTERIORES AL ACTUAL: No_____

MANEJO DEL AUDIFONO: a cada pregunta contestar sí o no

1.- Sabe el manejo del audífono:

☒ SI

☐ NO

2.- Sabe manejar los controles:

☒ SI

☐ NO

3.- Sabe manejar el molde del audífono:

☒ SI

☐ NO

4.- Sabe limpiar el audífono:

☐ SI

☒ NO

5.- Sabe colocar las pilas:

☒ SI

☐ NO

6.- Sabe cuándo la pila esta descargada

☒ SI

☐ NO

REVISIÓN VISUAL: a cada pregunta contestar como bueno o malo

MOLDE:

1.- ¿En qué estado se encuentra el molde auditivo?:

☒ BUENO

☐ MALO

2.- Limpieza del molde auditivo:

☐ BUENO

☒ MALO

3.- ¿Cómo se observa la adaptación del molde?:

☒ BUENO

☐ MALO

4.- Conexión con el audífono:

☒ BUENO

☐ MALO

AUDIFONO:

1.- Estado de la carcasa:

☒ BUENO

☐ MALO

2.- Estado del orificio del micrófono:

☒ BUENO

☐ MALO

3.- Estado de los interruptores:

☒ BUENO

☐ MALO

4.- Movimiento del control de volumen:

☒ BUENO

☐ MALO

5.- Posición de los controles externos:

☒ BUENO

☐ MALO

PILAS:

- 1.- Posición de las pilas:
- 2.- Limpieza de los contactos:
- 3.- Carga de las pilas:

☒ BUENO☐ MALO☐ BUENO☒ MALO☒ BUENO☐ MALO**REVISIÓN ACÚSTICA: a cada pregunta contestar sí o no**

- 1.- Amplificación intermitente:
- 2.- Sonido nítido:
- 3.- Produce ruido al girar el control de volumen:
- 4.- Presenta retroalimentación:

☒ SI☐ NO☒ SI☐ NO☒ SI☐ NO☒ SI☐ NO

CONCLUSIÓN: Buena adherencia al tratamiento con audífono, mal manejo y limpieza del audífono por parte de la persona que le ayuda con la limpieza. Se educa al usuario acerca de la limpieza del audífono y sus partes. Paciente es dado de alta.

Geovana Casanova Torres

TECNOLOGO MEDICO ORL

Al. TM. ORL IV: Carolina Del Carmen
Zúñiga González