



FECHA 29/08/2020

REVISIÓN VISUAL Y AUDITIVA DEL AUDÍFONO

Programa DE Seguimiento del uso de Audífonos GES 56
Universidad Austral de Chile
Hospital de Puerto Montt

NOMBRE: Sandra Viviana Molina Zepeda

DIRECCION: Pasaje nueva 1 #2121 Lomas de cardonal

TELEFONO: 78070930 EDAD: 68 años

MARCA AUDIFONO: Beltone

MODELO AUDIFONO: Pegasus

FECHA DE ADAPTACION: 07/08/2018

¿EN QUE OIDO USA EL AUDIFONO? Izquierdo.

USO DE AUDIFONOS ANTERIORES AL ACTUAL: No

MANEJO DEL AUDIFONO: a cada pregunta contestar sí o no

- 1.- Sabe el manejo del audífono:
- 2.- Sabe manejar los controles:
- 3.- Sabe manejar el molde del audífono:
- 4.- Sabe limpiar el audífono:
- 5.- Sabe colocar las pilas:
- 6.- Sabe cuándo la pila esta descargada

SI	NO
SI	NO
SI	NO
SI	NO
SI	NO
SI	NO

REVISIÓN VISUAL: a cada pregunta contestar como bueno o malo

MOLDE:

- 1.- ¿En qué estado se encuentra el molde auditivo?:
- 2.- Limpieza del molde auditivo:
- 3.- ¿Cómo se observa la adaptación del molde?:
- 4.- Conexión con el audífono:

BUENO	MALO
BUENO	MALO
BUENO	MALO
BUENO	MALO

AUDIFONO:

- 1.- Estado de la carcasa:
- 2.- Estado del orificio del micrófono:
- 3.- Estado de los interruptores:
- 4.- Movimiento del control de volumen:
- 5.- Posición de los controles externos:

BUENO	MALO
BUENO	MALO
BUENO	MALO
BUENO	MALO
BUENO	MALO

PILAS:

- 1.- Posición de las pilas:
- 2.- Limpieza de los contactos:
- 3.- Carga de las pilas:

☒ BUENO☐ MALO☒ BUENO☐ MALO☒ BUENO☐ MALO**REVISIÓN ACÚSTICA: a cada pregunta contestar sí o no**

- 1.- Amplificación intermitente:
- 2.- Sonido nítido:
- 3.- Produce ruido al girar el control de volumen:
- 4.- Presenta retroalimentación:

☒ SI☐ NO☐ SI☒ NO☐ SI☒ NO☐ SI☒ NO

CONCLUSIÓN: Adherencia parcial al tratamiento con audífono por alteración y poco conocimiento del mismo. Se observa mal manejo y limpieza por parte del usuario, se educa en este aspecto al paciente y su acompañante. Al evaluar el molde se observa en buenas condiciones. El audífono ya no está amplificando como debería y no tiene un sonido nítido, por lo que se agenda hora para realizar audiometría, luego se deriva al médico ORL para un nuevo proceso de prescripción de audífono.

TECNOLOGO MEDICO ORL

Al. TM. ORL IV: Javiera Andrea Miranda Molina.