



FECHA 15 DE AGOSTO DE 2020_____

REVISIÓN VISUAL Y AUDITIVA DEL AUDÍFONO

Programa DE Seguimiento del uso de Audífonos GES 56
Universidad Austral de Chile
Hospital de Puerto Montt

NOMBRE: MARÍA DEL TRANSITO BARRERA TOLEDO

DIRECCION: LAGO CABURGA 1340-VILLA CASINO PUERTO VARAS

TELEFONO: 989897531/92711659

EDAD:68 AÑOS

MARCA AUDIFONO: WIDEX

MODELO AUDIFONO: UNIQUE

FECHA DE ADAPTACION: 2018_____

¿EN QUE OIDO USA EL AUDIFONO? OÍDO DERECHO_____

USO DE AUDIFONOS ANTERIORES AL ACTUAL: NO_____

MANEJO DEL AUDIFONO: a cada pregunta contestar sí o no

- 1.- Sabe el manejo del audífono:
- 2.- Sabe manejar los controles:
- 3.- Sabe manejar el molde del audífono:
- 4.- Sabe limpiar el audífono:
- 5.- Sabe colocar las pilas:
- 6.- Sabe cuándo la pila esta descargada

SI	NO
SI	NO
SI	NO
SI	NO
SI	NO
SI	NO

REVISIÓN VISUAL: a cada pregunta contestar como bueno o malo

MOLDE:

- 1.- ¿En qué estado se encuentra el molde auditivo?:
- 2.- Limpieza del molde auditivo:
- 3.- ¿Cómo se observa la adaptación del molde?:
- 4.- Conexión con el audífono:

BUENO	MALO
BUENO	MALO
BUENO	MALO
BUENO	MALO

AUDIFONO:

- 1.- Estado de la carcasa:
- 2.- Estado del orificio del micrófono:
- 3.- Estado de los interruptores:
- 4.- Movimiento del control de volumen:
- 5.- Posición de los controles externos:

BUENO	MALO
BUENO	MALO
BUENO	MALO
BUENO	MALO
BUENO	MALO

PILAS:

- 1.- Posición de las pilas:
- 2.- Limpieza de los contactos:
- 3.- Carga de las pilas:

☒ BUENO☐ MALO☒ BUENO☐ MALO☒ BUENO☐ MALO**REVISIÓN ACÚSTICA: a cada pregunta contestar sí o no**

- 1.- Amplificación intermitente:
- 2.- Sonido nítido:
- 3.- Produce ruido al girar el control de volumen:
- 4.- Presenta retroalimentación:

☒ SI☐ NO☒ SI☐ NO☒ SI☐ NO☒ SI☐ NO

CONCLUSIÓN: MALA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO CON AUDÍFONO. SE OBSERVA DEFICIENCIA EN EL MANEJO Y CONOCIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO Y LIMPIEZA DEL AUDÍFONO Y MOLDE. BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE AUDÍFONO. SE DERIVA A AUDITRON PARA RECALIBRACION DEL AUDÍFONO DEBIDO AL AUMENTO DE LA PÉRDIDA AUDITIVA OBSERVADA EN LA AUDIOMETRÍA REALIZADA. SE SUGIERE CONTROL POSTERIOR A AUDITRON, PARA EDUCACIÓN DEL MANEJO Y FUNCIONAMIENTO DEL AUDÍFONO EN DOS SEMANAS MÁS.

TECNOLOGO MEDICO ORL

AI. TM. ORL IV: FLOR CAMILA
FERNANDA VARGAS VELÁSQUEZ

RVA POST DERIVACIÓN AUDITRON



FECHA 31 DE AGOSTO DE 2020 _____

REVISIÓN VISUAL Y AUDITIVA DEL AUDÍFONO
Programa DE Seguimiento del uso de Audífonos GES 56
Universidad Austral de Chile
Hospital de Puerto Montt

NOMBRE: MARÍA DEL TRANSITO BARRERA TOLEDO _____

DIRECCION: LAGO CABURGA 1340-VILLA CASINO PUERTO VARAS _____

TELEFONO: 989897531/92711659 _____ EDAD: 68 AÑOS _____

MARCA AUDIFONO: WIDEX _____

MODELO AUDIFONO: UNIQUE _____

FECHA DE ADAPTACION: 2018 _____

¿EN QUE OIDO USA EL AUDIFONO? OÍDO DERECHO _____

USO DE AUDIFONOS ANTERIORES AL ACTUAL: NO _____

MANEJO DEL AUDIFONO: a cada pregunta contestar sí o no

- 1.- Sabe el manejo del audífono:
- 2.- Sabe manejar los controles:
- 3.- Sabe manejar el molde del audífono:
- 4.- Sabe limpiar el audífono:
- 5.- Sabe colocar las pilas:
- 6.- Sabe cuándo la pila está descargada

SI	NO
SI	NO
SI	NO
SI	NO
SI	NO
SI	NO

REVISIÓN VISUAL: a cada pregunta contestar como bueno o malo

MOLDE:

- 1.- ¿En qué estado se encuentra el molde auditivo?:
- 2.- Limpieza del molde auditivo:
- 3.- ¿Cómo se observa la adaptación del molde?:
- 4.- Conexión con el audífono:

BUENO	MALO
BUENO	MALO
BUENO	MALO
BUENO	MALO

AUDIFONO:

- 1.- Estado de la carcasa:
- 2.- Estado del orificio del micrófono:
- 3.- Estado de los interruptores:
- 4.- Movimiento del control de volumen:
- 5.- Posición de los controles externos:

BUENO	MALO
BUENO	MALO
BUENO	MALO
BUENO	MALO
BUENO	MALO

PILAS:

- 1.- Posición de las pilas:
- 2.- Limpieza de los contactos:
- 3.- Carga de las pilas:

☒ BUENO☐ MALO☒ BUENO☐ MALO☒ BUENO☐ MALO**REVISIÓN ACÚSTICA:** a cada pregunta contestar sí o no

- 1.- Amplificación intermitente:
- 2.- Sonido nítido:
- 3.- Produce ruido al girar el control de volumen:
- 4.- Presenta retroalimentación:

☒ SI☐ NO☒ SI☐ NO☒ SI☐ NO☒ SI☐ NO

CONCLUSIÓN: ADHERENCIA PARCIAL AL TRATAMIENTO CON AUDÍFONO POR PRESENTAR AÚN DEFICIENCIA EN EL MANEJO Y CONOCIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO Y LIMPIEZA DEL AUDÍFONO Y MOLDE. BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE AUDÍFONO. SE EDUCA SOBRE EL MANEJO Y FUNCIONAMIENTO Y LIMPIEZA DEL AUDÍFONO Y MOLDE. SE SUGIERE CONTROL EN DOS SEMANAS MÁS PARA REFORZAR. _____

TECNOLOGO MEDICO ORL

AL TM. ORL IV: FLOR CAMILA
FERNANDA VARGAS VELÁSQUEZ